

**ASL  
VITERBO**U.O.C. E Procurement  
Direttore Dott. Mario Petrucci  
Settore Prodotti e Sistemi Diagnostici  
TEL. 0761 237802/854 FAX 0761/236685  
e-mail: tania.morano@asl.vt.it

PROT. N° 66019

VITERBO, 18/12/2015

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

**Oggetto:** Gara avente ad oggetto fornitura di materiali protesici occorrenti all'U.O.C. Neurochirurgia e Neurotraumatologia d'urgenza dell'Azienda USL di Viterbo per la durata di venti mesi. Numero Gara 5165895

### CHIARIMENTO DI GARA N. 2

Con la presente si risponde ai quesiti inoltrati via e-mail che di seguito si riportano integralmente:

**DOMANDA:** Si chiede conferma circa il fabbisogno presunto e la base d'asta fissati per il lotto n. 15, inoltre si chiedono maggiori specifiche tecniche (tipo materiale, misure, sterilità);

**RISPOSTA:** Si conferma il fabbisogno presunto e la base d'asta del Lotto n. 15 che si riferisce ad una cannula tipo, in acciaio, completa di manipolo sagomato a goccia del diametro interno di 1,45 mm ed esterno di 2 mm, con lunghezza di 160 mm, in confezione STERILE, con possibilità di scelta tra altre misure disponibili.

**DOMANDA:** si conferma che i listini da inserire all'interno della busta n.3 possono essere non vidimati c/o la C.C.I.A.A., dal momento che non è più obbligatorio?

**RISPOSTA:** Si conferma che i listini NON devono essere vidimati c/o la C.C.I.A.A.

**DOMANDA LOTTO N. 41:** si chiede di verificare la base d'asta in quanto, a nostro avviso, risulta essere eccessivamente bassa e penalizzante per i prodotti a maggiore valore tecnologico eventualmente proponibili.

**RISPOSTA:** Si conferma la base d'asta del Lotto n. 41 si specifica che la stessa è riferita agli uncini monouso e/o prodotti analoghi

**DOMANDA LOTTO N. 41:** è possibile presentare offerta per dispositivi medici similari a quelli richiesti, compito della commissione di gara valutare la riconducibilità alla stessa destinazione d'uso.

**RISPOSTA:** Si è possibile presentare offerta per DM similari a quelli richiesti.

**DOMANDA LOTTO n. 2:** la lunghezza indicata di 35 cm si riferisce all'intero catetere, ovvero dall'attacco all'apparecchio di lettura fino al connettore?

**RISPOSTA:** la lunghezza indicata di 35 cm si riferisce all'intero catetere.

**DOMANDA LOTTO n. 8:** nella descrizione del lotto 8 viene richiesta una derivazione spino peritoneale: vi chiediamo di specificare se è richiesta solo la valvola o valvola e catetere di drenaggio?

**RISPOSTA:** Si specifica che è richiesta la valvola e il catetere di drenaggio.

**DOMANDA LOTTO 31:** vi chiediamo di specificare a cosa fa riferimento al base d'asta indicata (€ 238,00): si intende per una misura standard, o al centimetro quadro?

**RISPOSTA:** la base d'asta si riferisce ad un pach tipo della misura di 5 x 5 cm.

**DOMANDA LOTTO 31:** nell'allegato A nella colonna CND è riportata la dicitura "cm2": è un refuso o la quotazione va indicata in cm2? Se sì, quale è il prezzo a base d'asta per cm2?

**RISPOSTA:** la dicitura "cm 2" trattasi di refuso.

**DOMANDA LOTTO 31:** nell' allegato B – Fabbisogni e Basi d'asta - vengono richiesti n. 20 pezzi/anno con prezzo a base d'asta di €. 238,00 cad., ma nell'allegato A – Elenco Lotti – nella colonna "CND" è segnalato cm 2, chiediamo se dobbiamo formulare offerta per centimetro quadrato o a pezzo.

**RISPOSTA:** la dicitura "cm 2" trattasi di refuso. La base d'asta si riferisce ad un pach tipo della misura di 5 x 5 cm.

**DOMANDA LOTTO 31:** la CND da Voi indicata nel capitolato (P900399) indica una categoria generica di patch tissutali, mentre la CND abbinata al nostro prodotto (P900402) risulta più specifica per il collagene bovino; a tal proposito, una CND diversa da quella da Voi indicata, se pur corrispondente alla descrizione del lotto, sarebbe motivo di esclusione?

**RISPOSTA :** No, non sarebbe motivo di esclusione, a tal proposito si rimanda alle valutazioni tecniche della commissione di gara.

**DOMANDA LOTTO 31:** siamo a richiedere se il prezzo a base d'asta unitario € 238,00 indicato nell'ALLEGATO B è riferito ad una specifica misura di patch durale oppure se è a centimetro quadrato.

**RISPOSTA:** la dicitura "cm 2" trattasi di refuso. La base d'asta si riferisce ad un pach tipo della misura di 5 x 5 cm.

**DOMANDA LOTTO 31:** nell'allegato B "Fabbisogni e basi d'asta" viene indicato un quantitativo di n. 30 pezzi senza alcuna indicazione di misura: si chiede di indicare la misura "tipo" da considerare per la totalizzazione del lotto e di specificare se le altre misure devono essere offerte alla medesima % di sconto della misura "tipo".

**RISPOSTA:** La base d'asta si riferisce ad un pach tipo della misura di 5 x 5 cm, eventuali altre misure offerte devono essere scontate con la medesima % di sconto della misura tipo.

**DOMANDA LOTTI 32 - 37 - 38:** Anche per questi lotti avremmo bisogno di una conferma relativamente alle CND da Voi indicate. Vale quindi la domanda formulata per il lotto 31: offrire un prodotto che risponde alle caratteristiche richieste nel lotto ma avente CND diversa da quella da Voi indicata è motivo di esclusione?

**RISPOSTA :** No, non sarebbe motivo di esclusione, a tal proposito si rimanda alle valutazioni tecniche della commissione di gara.

**DOMANDA:** Tra la documentazione tecnica viene richiesto di fornire "riferimenti bibliografici, in lingua italiana, di ciascun prodotto offerto, qualora presenti (con lo specifico riferimento al Lotto di gara)"; Vi precisiamo che la letteratura scientifica è a carattere internazionale e come tale è disponibile generalmente in lingua Inglese pertanto chiediamo a codesto spett.le ente se fosse possibile fornire eventuale letteratura in inglese?

**RISPOSTA:** Si è possibile presentare tale documentazione in lingua inglese.





**DOMANDA:** Per ciò che concerne il lotto 23 il modello Sonopet che dichiarate in dotazione alla U.O. Di Neurochirurgia è di vostra proprietà? E' possibile fornire in comodato d'uso gratuito uno strumento avente le stesse caratteristiche tecnico funzionali e quindi da ritenere completamente equivalente a quanto attualmente in vostro possesso?

**RISPOSTA:** Sì, il modello Sanopet è di nostra proprietà, pertanto **NON** è possibile offrire in comodato d'uso gratuito uno strumento avente le stesse caratteristiche tecnico funzionali.

**DOMANDA:** Per ciò che concerne il lotto 27 il modello Malis Module 1000 che dichiarate in dotazione alla U.O. Di Neurochirurgia è di vostra proprietà? E' possibile fornire in comodato d'uso gratuito uno strumento avente le stesse caratteristiche tecnico funzionali e quindi da ritenere completamente equivalente a quanto attualmente in vostro possesso?

**RISPOSTA:** Sì, il modello Malis Module 1000 è di nostra proprietà, pertanto **NON** è possibile offrire in comodato d'uso gratuito uno strumento avente le stesse caratteristiche tecnico funzionali.


**DOMANDA:** Per ciò che concerne il lotto 46 e in particolare il subplotto 46.1 il modello Anspach che dichiarate in dotazione alla U.O. Di Neurochirurgia è di vostra proprietà? E' possibile fornire in comodato d'uso gratuito uno strumento avente le stesse caratteristiche tecnico funzionali e quindi da ritenere completamente equivalente a quanto attualmente in vostro possesso?

**RISPOSTA:** Sì, il modello Anspach è di nostra proprietà, pertanto **NON** è possibile offrire in comodato d'uso gratuito uno strumento avente le stesse caratteristiche tecnico funzionali.

**DOMANDA** Lotto n. 46: vengono richiesti alla voce sub 46.1 "Frese per trapani Anspach" e alla voce sub 46.2 "perforatori per trapani Anspach"; si precisa che i perforatori di cui alla voce sub 46.2 sono compatibili con tutti i trapani con attacco Hudson (standard ormai utilizzato da tutti i trapani inclusi gli Anspach), e che è prassi ormai consolidata degli Enti Pubblici bandirli in lotto separato da quello delle frese "dedicate", al fine di non limitare la concorrenza. Si richiede pertanto di poter presentare offerta per il singolo subplotto, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla voce sub 46.2?

**RISPOSTA:** si conferma la composizione del lotto di gara e si specifica che è consentito presentare offerta in R.T.I..

IL RUP  
Dott. G. Firmani



Il Direttore U.O.C E-Procurement  
Dott. Mario Petrucci

