

**ASL
VITERBO**U.O.C. E Procurement
Direttore Dott. Mario Petrucci
Settore Prodotti e Sistemi Diagnostici
TEL. 0761 237802/854 FAX 0761/236685
e-mail: tania.morano@asl.vt.it**REGIONE
LAZIO**

PROT. N° 8051

VITERBO, 1/02/2016

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: Gara avente ad oggetto fornitura di materiali protesici occorrenti all'U.O.C. Neurochirurgia e Neurotraumatologia d'urgenza dell'Azienda USL di Viterbo per la durata di venti mesi.

NUMERO GARA 6175956

DOMANDA Lotto 36: si chiede conferma del prezzo a base d'asta;

RISPOSTA: Si confermano TUTTE le basi d'asta pubblicate di TUTTI i lotti di gara, compreso il lotto 36;

DOMANDA: Quanti cc di prodotto vengono richiesti per l'importo a base d'asta indicato nel lotto 34?

RISPOSTA: la BARRETTA D'OSSO è riferita ad un blocchetto di osso sintetico a base di fosfato calcico di 7 x 7 x 7 mm ;

DOMANDA: Vorremmo sapere le dimensioni delle particelle (mm) ed il volume delle confezioni (ccm). Vorremmo avere, inoltre la conferma che il materiale di granuli è di origine sintetica;

RISPOSTA: Le dimensioni dei granuli 2 – 5 mm;

Granuli sintetici di fosfato calcico;

confezioni da 30 ml.

DOMANDA Lotto 31: possiamo rispondere con un pach riassorbibile di origine Suina con le stessa indicazione d'uso?

RISPOSTA: Si è possibile offrire un pach di origine suina con la stessa indicazione d'uso.

IL RUP
Dott. G. FirmaniIl Direttore U.O.C E-Procurement
Dott. Mario Petrucci