

PROT. N° 37058

VITERBO, 27/07/2015

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: Gara avente ad oggetto fornitura di materiali protesici occorrenti all'U.O.C. Maxillo Facciale del P.O. di Belcolle dell'Azienda USL di Viterbo per la durata di venti mesi. Numero Gara 5566728

CHIARIMENTO DI GARA N. 2

Con la presente si risponde al quesito inoltrato via e-mail che di seguito si riporta integralmente:

DOMANDALotto 9: "Dispositivo intraoperatorio per sospensione cellulare autologa. Kit monopezzo pre assemblato stand alone per il prelievo di sospensione cellulare autologa concentrata che supporti la rigenerazione tissutale"

Si richiede di specificare se il Dispositivo intraoperatorio richiesto per l'ottenimento di sospensione cellulare autologa prevede il prelievo di sangue periferico o il prelievo di sangue midollare.

RISPOSTA: Si conferma che il dispositivo dovrà prevedere il prelievo del sangue periferico e **NON** midollare.

Il Direttore ff U.O.C e-Procurement
Dott.ssa Francesca Gubiotti
FIRMATO ORIGINALE