

PROT. N° 38788

VITERBO, 7/08/2015

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: Gara avente ad oggetto fornitura di materiali protesici occorrenti all'U.O.C. Maxillo Facciale del P.O. di Belcolle dell'Azienda USL di Viterbo per la durata di venti mesi. Numero Gara 5566728

CHIARIMENTO DI GARA N.5

Con la presente si risponde ai quesiti inoltrati che di seguito si riportano integralmente:

DOMANDALotto 5: "..... viene richiesta una matrice 3D di origine suina, è possibile rispondere con una matrice di origine bovina?"

RISPOSTA: Si conferma la possibilità di offrire matrice di origine bovina, trattandosi di materiali entrambi eterologhi con caratteristiche molto simili tra loro.

DOMANDALotto 8 – sub 8.1 e 8.2 : "vengono riportate le medesime misure 25x25 mm, è possibile si tratti di un refuso e che siano altre le misure che vengono richieste nel sub 8.2?"

RISPOSTA: le misure corrette per il sub 8.2 sono 35x35 mm.

DOMANDALotto 9: "..... sembra descritto un sistema molto simile a quelli prodotti per il prelievo da tessuto adiposo e non per il prelievo di sangue che diversamente dovrebbe prevedere un sistema a centrifuga per il trattamento del sangue prelevato per la creazione di sospensione cellulare con caratteristiche rigeneranti e non un kit monopezzo, è possibile che si intendesse un sistema per il prelievo da grasso/tessuto adiposo e non di un sistema di prelievo da grasso/tessuto adiposo e non di un sistema di prelievo di sangue?"

RISPOSTA: Si intende prelievo da tessuto adiposo.

Il Direttore ff U.O.C e-Procurement
Dott.ssa Francesca Gubiotti
FIRMATO ORIGINALE

tm