



Unità Operativa Complessa E-Procurement  
Settore Beni - Informatica

Prot. n° 51586

Viterbo 22.10.2015

Gara a procedura aperta chiavi in mano, per la fornitura del Sistema Informatico Sanitario, con outsourcing dei servizi di conduzione, assistenza, manutenzione e fornitura di un sistema PACS, sistemi CR e sistemi di stampa dell'Azienda U.S.L. di Viterbo, suddivisa in n. 2 lotti di gara indivisibili, importo a base d'asta pari a € 2.390.000,00 - Iva esclusa.  
Numero gara 6136935 – LOTTO 1 C.I.G. 6361929DE1      LOTTO 2 C.I.G. 636195100D

### **A tutte le Ditte interessate**

#### **Chiarimento n° 1 del 24 ottobre 2015:**

1. **Lotto n° 2 – Riferimento Capitolato Tecnico, punto 1.6.8 – Sistema di digitalizzazione DR portatile**

La potenza massima nominale del generatore di 40 Kw è da considerarsi requisito minimo pena esclusione, o requisito preferenziale?  
E' da considerarsi preferenziale, la potenza massima nominale, pena esclusione, non dovrà essere inferiore a 30 Kw.

2. **Lotto n° 2 – Riferimento Capitolato Tecnico, punto 1.6.8 – Sistema di digitalizzazione DR portatile**

Il requisito relativo al possesso di una macchia focale minima di misura superiore a 0,6 mm è da considerarsi requisito minimo pena esclusione, o requisito preferenziale?  
Requisito preferenziale

3. **Lotto n° 2 – Riferimento Capitolato Tecnico, punto 1.6.6 Sistema di Masterizzazione pag. 13 di 29.**

Si specifica che i costi di integrazione con il sistema RIS saranno a carico della ditta aggiudicataria = **TRATTASI DI REFUSO**

**Definizione corretta: Si specifica che i costi di integrazione eventualmente esposti dai fornitori esistenti sono a carico del committente**

(pag. 26 del Capitolato Tecnico - par. 3.3 Sistemi Informativi Aziendali)

R.U.P.  
Dott. Giovanni Firmani

