

ASL
VITERBOUOC E-Procurement
Settore Prodotti e Sistemi diagnostici
Mail: enrica.moscatelli@asl.vt.itREGIONE
LAZIO

- 1 APR. 2016

PROT. N° 25183

VITERBO,

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**Pubblicità su sito web****OGGETTO: manifestazione di interesse per l'espletamento di una procedura, a cottimo fiduciario, avente ad oggetto la fornitura di dispositivi per ostetricia e ginecologia**

E' intenzione di questa Azienda procedere con l'espletamento di una procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di dispositivi per ostetricia e ginecologia.

A tal riguardo si indicano i dispositivi e le loro caratteristiche:

1 - CATETERI PER ISTEROSALPINGOGRAFIA

CND U080102 - dispositivo per iniezione mdc o sol fis. nella cavità uterina per varie procedure, A 2 lumi, con palloncino di gonfiaggio, punta chiusa e foro laterale, guaina rigida di posizionamento, radiopachi, lunghezza 30 cm ca, misure ch5 e ch7 monouso, confezione singola, sterile, latex free.

2 - VENTOSA OSTETRICA

CND Z12080301 - dispositivo monouso per parto vuoto assistito in materiale plastico e confezione singola, sterile, monouso, latex free.

3 - MANIPOLATORE UTERINO

- CND U109099 - dispositivo per la manipolazione dell'utero in laparoscopia standard con punta ricurva di 7 cm circa, possibilità di rotazione e di iniettare mezzo di contrasto, munito di palloncino di fissaggio, sterile, monouso e confezionato singolarmente.
- CND U109099 - dispositivo per la manipolazione dell'utero in laparoscopia standard con punta ricurva di 7 cm circa, possibilità di rotazione e di iniettare mezzo di contrasto, munito di palloncino di fissaggio, sterile, pluriuso e confezionato singolarmente.

4 - MANIPOLATORE UTERINO PER INTERVENTO CHIRURGICO GINECOLOGICO LAPAROSCOPICO DI ISTERECTOMIA

CND U090399 - dispositivo pluriuso per effettuare interventi di isterectomia totale per via laparoscopica composto da una impugnatura ed un corpo centrale, punte filettate per stabilire un collegamento meccanico fra il corpo centrale e l'utero del paziente. Leggero, ergonomico, facilmente assemblabile.

5 - DISPOSITIVO PER CONTRACCEZIONE INTRAUTERINA IUD

CND U089007 - dispositivo intrauterino sterile, monouso in materiale plastico atossico latex free, efficace per 5 anni dopo l'inserimento;

6 - SACCA PER RACCOLTA SANGUE PLACENTARE

CND B010401 - sacca monouso in pvc per la valutazione perdita ematica durante il parto, capacità 2000 ml ca, graduazione ogni 50-100 ml, confezione singola, monouso, sterile, latex free.

7 - CATETERE A PALLONCINO BAKRI

CND U0899 - catetere a palloncino Bakri per il controllo o la riduzione delle emorragie post partum, 24 f ca, confezione singola, sterile, monouso, latex free.

8 – KIT PER PROLASSO GENITALE

CND U070101 – kit per la ricostruzione chirurgica per via vaginale, del pavimento pelvico in caso di prolasso genitale composto da un ago sottile e da una rete protesica in tessuto di polipropilene titanizzato, sterile, monouso, marchio CE.

9 – KIT PER PROLASSO GENITALE ED INCONTINENZA URINARIA C/TECNICA OUT-IN

CND U070101 – kit per il trattamento del prolasso genitale e dell'incontinenza urinaria con tecnica out-in composto da una rete in materiale parzialmente assorbibile e da un filo per la rilevazione durante risonanza magnetica, capacità di dissoluzione in 90 – 120 gg.

10 – GEL PER INTERVENTI CHIRURGICI GINECOLOGICI DI INCONTINENZA URINARIA

CND U070199 – dispositivo monouso rappresentato da un gel costituito da più del 90% di acqua ed il resto di un polimero di poliacrilamide da applicare attraverso iniezione sottomucosa endouretrale in visione uretroscopica nel trattamento della incontinenza urinaria da sforzo della donna. Il dispositivo deve essere anallergico, esente da micro particelle e stabile nei volumi una volta depositato nella mucosa uretrale.

Si invitano gli interessati a voler comunicare la propria volontà, indicando espressamente i dispositivi per i quali si intende partecipare alla procedura di gara, a mezzo fax al n°0761 237846 entro 10 giorni dalla presente all'attenzione dell'UOC E_Procurement – Settore Diagnostici.

Qualora alcuni dei dispositivi fossero presenti su mercato Me.Pa. si chiede di darne comunicazione con espressa indicazione del gruppo merceologico di appartenenza

Distinti saluti.

Il Direttore UOC E-Procurement
Dott. Mario Petrucci

