

U.O.C. E Procurement
Direttore Dott. Mario Petrucci
Settore Prodotti e Sistemi Diagnostici
TEL. 0761 237802/854 FAX 0761 236685
e-mail: tania.morano@asl.vt.it

PROT. N° 26538

VITERBO, 30 MAR. 2016

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: Gara avente ad oggetto fornitura in noleggio di apparecchiature per emodialisi e acquisto del relativo materiale di consumo occorrenti all'Azienda USL di Viterbo per la durata di due anni più eventuale rinnovo per ulteriori due anni. Numero Gara 6204003

CHIARIMENTO DI GARA N. 3

A rettifica di quanto pubblicato con chiarimento n. 1 ns prot. 23204 del 23/03/2016 si specifica quanto segue:

Articolazione dei punteggi PER TUTTI I LOTTI DI GARA:

- a) **PREZZO: coefficiente max punti 40** (al prezzo complessivo più basso sarà attribuito il punteggio di 40, agli altri prezzi, punteggi inversamente proporzionali);
- b) **QUALITA': coefficiente max punti 60** (derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli parametri tecnici di valutazione come individuati nel disciplinare di gara per ciascun lotto):

Inoltre si conferma quanto segue:

Saranno ritenute idonee ad insindacabile giudizio della commissione Giudicatrice e quindi, ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno ottenuto, dopo l'operazione di assegnazione dei punteggi di qualità (60/100), un punteggio minimo di 35/60.

DOMANDA: relativamente al Lotto n. 8 dai dati in nostro possesso non ci risultano presenti sul mercato monoaghi con protettore di sicurezza preallestito, come richiesto nel Capitolato Tecnico di gara a pag. 20. Considerato quanto sopra esposto siamo pertanto a richiedere conferma circa la possibilità di offrire il Monoago senza protettore di sicurezza preallestito.

RISPOSTA: Si conferma che può essere offerto il monoago senza protettore preallestito.

IL RUP
Dott. Giovanni Firmani



Il Direttore U.O.C. E-Procurement
Dott. Mario Petrucci

