

U.O.C. E Procurement
Direttore Dott. Mario Petrucci
Settore Prodotti e Sistemi Diagnostici
TEL. 0761 237802/854 FAX 0761 236685
e-mail: tania.morano@asl.vt.it

- 1 APR. 2016

PROT. N° 25214

VITERBO,

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: Gara avente ad oggetto fornitura in noleggio di apparecchiature per emodialisi e acquisto del relativo materiale di consumo occorrenti all'Azienda USL di Viterbo per la durata di due anni più eventuale rinnovo per ulteriori due anni. Numero Gara 6204003

CHIARIMENTO DI GARA N. 4

Con la presente nota si risponde ai quesiti inoltrati a questa stazione appaltante circa la procedura di gara riportata in oggetto, che di seguito integralmente si riportano:

DOMANDA: pagina 15 del Disciplinare di gara, art. 3.2 valutazione delle offerte e criteri di aggiudicazione, parametri di valutazione per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6: si chiede di definire in modo più approfondito i criteri di valutazione c3 e c4, rispettivamente: aggiornamento ed implementazione software e archiviazione dati ed interfaccia informatica.

RISPOSTA: Si richiede l'aggiornamento e l'implementazione dei software successivamente sviluppati delle apparecchiature che risulteranno aggiudicate, compresa la possibilità di archiviazione dati su supporto informatico.

DOMANDA: I prodotti all'atto della consegna dovranno avere la scadenza non inferiore a 2/3 a 3/4 della durata di validità?

RISPOSTA: si conferma che i prodotti all'atto della consegna dovranno avere la scadenza non inferiore a 2/3 della durata di validità?

DOMANDA: Capitolato Tecnico – Requisiti preferenziale, Cosa si intende per requisiti preferenziali? Viene dato un punteggio sui requisiti preferenziali?

RISPOSTA: Si intende per requisiti preferenziali tutte le specifiche tecniche (eccetto quelle previste nell'elenco dei requisiti minimi essenziali, la cui assenza determina l'esclusione dalla gara) che la Ditta ritiene migliorative e che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice nello stilare il punteggio qualità.

DOMANDA: Capitolato Tecnico – Requisiti essenziali aggiuntivi, Non sono previsti requisiti essenziali aggiuntivi per il LOTTO 1? Oppure come requisiti essenziali aggiuntivi dobbiamo considerare quelli indicati nel Disciplinare di gara all'art. 3.2: Parametri di valutazione LOTTI 1-2-3-4-5-6?

RISPOSTA: Si intende per requisiti preferenziali tutte le specifiche tecniche (eccetto quelle previste nell'elenco dei requisiti minimi essenziali, la cui assenza determina l'esclusione dalla gara) che la Ditta ritiene migliorative e che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice nello stilare il punteggio qualità.

DOMANDA: Allegato B – Elenco LOTTI – LOTTO 8 - Nell'Allegato B, con riferimento al LOTTO 8, non è indicato il sub. 8.3 che corrisponderebbe agli aghi con sistema botton-hole. Inoltre quale configurazione è richiesta per gli aghi botton-hole: alette fisse/girevoli? con/senza foro laterale? Gauge?

RISPOSTA: Il sub lotto relativo agli aghi con sistema botton-hole VIENE ANNULLATO pertanto non deve essere oggetto di offerte da parte delle ditte. In ogni modo l'Azienda si riserva di acquistare per specifiche

esigenze, nel corso di validità della fornitura, tali tipologie di aghi tramite l'accesso al listino depositato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.

DOMANDA: *Capitolato Tecnico – LOTTO1 Trattamento di emodialisi bicarbonato con membrane biocompatibili*

FILTRO: E' possibile, all'interno delle tre diverse tipologie di membrane, offrire un filtro con membrana semisintetica altamente biocompatibile per pazienti allergici alle sintetiche pure?

- 1) Se si offrono meno di tre diverse tipologie di membrane si è soggetti ad esclusione?
- 2) Vorremmo avere la conferma dell'indice di ultrafiltrazione dei filtri da Voi richiesti (> 50 ml/min?/Hg)

RISPOSTA: Relativamente al quesito sul Filtro si conferma:

- a. È possibile offrire un filtro con membrana semisintetica altamente biocompatibile per pazienti allergici.
- b. Si confermano le prescrizione del Disciplinare e del capitolato di gara ove si precisa che "dovranno essere offerte almeno tre diverse tipologie di membrane sintetiche altamente biocompatibili".
- c. Si conferma richiesta di filtri con indice di ultrafiltrazione >50/ml/min

DOMANDA: *Capitolato Tecnico – LOTTO1 Trattamento di emodialisi bicarbonato con membrane biocompatibili*

CONCENTRATO BAGNO DIALISI

Attualmente vengono forniti formule diverse di concentrati per bagno dialisi con diverse concentrazioni di potassio per evitare manipolazioni con soluzioni aggiuntive. A seguito di tale condizione è causa di esclusione non offrire una soluzione di KCl per aumentare la concentrazione di K nella soluzione dialitica finale di 1 mmol/l?

RISPOSTA: si specifica che la stazione appaltante si riserva di poter scegliere, nel corso di validità della fornitura, concentrati per bagno dialisi con diverse concentrazioni di potassio. Si ribadisce in ogni modo che saranno demandate ai lavori della Commissione di gara, all'uopo nominata, le decisioni circa eventuali esclusioni tecniche dal proseguo della gara.

DOMANDA: Per la parte relativa all'attribuzione dei punteggi, descritta a pag 16 del Disciplinare di gara, dove si descrivono "i punteggi rispettivamente attribuiti ai criteri principali ciascuno con la propria formula: $X_i = SG_{pi} \times P_{imax} / 100$ dove: i = iesimo criterio P_{imax} = punteggio massimo attribuibile ad ognuno dei criteri A e B come sopra indicato" Si chiede di confermare che P_{imax} verrà calcolato considerando i criteri A, B e C

RISPOSTA: si conferma che il P_{imax} verrà calcolato considerando tutti i criteri (A, B e C).

Infine, come già specificato in precedenti chiarimenti, in questa sede la stazione appaltante non può esprimersi circa l'equivalenza funzionale di sistemi e/o prodotti che eventualmente possono essere offerti dalle ditte interessate a partecipare alla gara non perfettamente coincidenti con le richieste del capitolato ma sarà esclusivo compito della Commissione di gara, all'uopo nominata, esprimere parere favorevole o non favorevole circa l'equivalenza tecnico funzionale, avendo a disposizione tutta la documentazione tecnica.

IL RUP
Dott. Giovanni Firmani



Il Direttore U.O.C E-Procurement
Dott. Mario Petrucci

