

**ASL
VITERBO****Unità Operativa Complessa E-Procurement
Settore Beni Investimento, Informatica, Donazioni, Inventario**Via E. Fermi, 15
01100 VITERBO
Tel. 0761 237841/843 – Fax 0761 237837
e-mail francesca.dipietro@asl.vt.it**REGIONE
LAZIO**

PROT. N° 16579

VITERBO, - 1 MAR. 2016

A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per 3 anni, di lavaendoscopi e relativo materiale di consumo per le UUOO varie di Endoscopia Digestiva dell'AUSL Viterbo per un importo massimo complessivo di 429.600,00 euro IVA 22% esclusa. CIG 6412529A53. Chiarimento n°3.

Si fornisce di seguito riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta.

QUESITO: presso il P.O. di Viterbo nell'attuale stanza di ubicazione delle apparecchiature, all'interno della parete posta di fronte alle attuali lavaendoscopi, passano i tubi dell'acqua calda, fredda e lo scarico ad uso del lavandino installato sull'altro lato (stanza adiacente) della medesima parete; richiediamo se possibile utilizzare tale impianto (sdoppiare).

RISPOSTA: si, a cura ed onere dell'impresa concorrente.

QUESITO: presso il P.O. di Acquapendente nell'attuale stanza di ubicazione delle apparecchiature, è presente un Vs. boiler per l'acqua calda; è possibile utilizzarlo?

RISPOSTA: si, a cura ed onere dell'impresa concorrente.

QUESITO: al P.O. di Tarquinia è stato effettuato il sopralluogo presso l'attuale sito di ubicazione delle lavaendoscopi e sia nel sito posto al piano terra attualmente in ristrutturazione; vorremmo sapere in quale delle due stanze saranno installate le apparecchiature aggiudicate.

RISPOSTA: ancora non stabilito. Pertanto l'impresa concorrente dovrà garantire che l'installazione e la regolare messa in esercizio delle macchine offerte potrà avvenire in entrambi i siti.

QUESITO: presso il P.O. di Civita Castellana nell'attuale stanza di ubicazione delle lavaendoscopi è presente un lavandino; chiediamo se è possibile sostituire il lavandino con uno più piccolo in modo da consentire maggior spazio per l'installazione di una apparecchiatura.

RISPOSTA: si, a cura ed onere dell'impresa concorrente.

QUESITO: Per tutti i Presidi vorremmo conoscere i ricambi aria/h degli impianti di areazione.

RISPOSTA: 10 vol/h.

Cordiali Saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Giovanni Firmani

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VITERBO
PARTITA IVA 01455570562VIA ENRICO FERMI, 15
01100 VITERBO
TEL. +39 0761 3391PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
www.asl.vt.it