



**Unità Operativa Complessa E-Procurement**  
**Settore Beni Investimento, Informatica, Donazioni, Inventario**  
 Via E. Fermi, 15  
 01100 VITERBO  
 Tel. 0761 237841/843 – Fax 0761 237837  
 e-mail [francesca.dipietro@asl.vt.it](mailto:francesca.dipietro@asl.vt.it)

PROT. N° 18378

VITERBO, - 7 MAR. 2016

## A TUTTI GLI INTERESSATI

**OGGETTO:** Procedura aperta per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per 3 anni, di lavaendoscopi e relativo materiale di consumo per le UUOO varie di Endoscopia Digestiva dell'AUSL Viterbo per un importo massimo complessivo di 429.600,00 euro IVA 22% esclusa. CIG 6412529A53. Chiarimento n°5.

Si fornisce di seguito riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute.

**QUESITO:** comunicare la potenza, in kW, messa a disposizione in ognuno dei quattro Presidi Ospedalieri dove dovranno essere installate le apparecchiature.

**RISPOSTA:** la potenza va da 300 kw a 1 megawatt.

**QUESITO:** comunicare la pressione dell'acqua in ognuno dei quattro Presidi Ospedalieri dove dovranno essere installate le apparecchiature.

**RISPOSTA:** la potenza dell'acqua è sufficiente all'installazione ed al funzionamento di macchine lavaendoscopi.

**QUESITO:** durante il sopralluogo effettuato a Tarquinia il Coordinatore dell'Endoscopia Digestiva ci ha portati a vedere la nuova stanza, dove non è stato rilevato nessun impianto. Sempre durante il sopralluogo c'è stato riferito, però, che tutti gli impianti saranno effettuati dall'Ente Appaltante. Si chiede, cortesemente, di confermare quanto sopra riferito.

**RISPOSTA:** si conferma che la predisposizione degli impianti sarà a carico della ASL, ciò tenendo anche conto delle esigenze dell'impresa aggiudicataria.

**QUESITO:** si richiede conferma della possibilità di poter offrire sistemi con doppia vasca asincrona.

**RISPOSTA:** si ribadisce che è richiesta pena esclusione apparecchiatura unica vasca monostrumento in relazione alla necessità di assicurare la continuità operativa in caso di guasto bloccante della macchina.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
 Dr. Giovanni Firmani