



Unità Operativa Complessa E-Procurement
Settore Beni Investimento, Informatica, Donazioni, Inventario
 Via E. Fermi, 15
 01100 VITERBO
 Tel. 0761 237841/843 – Fax 0761 237837
 e-mail francesca.dipietro@asl.vt.it



PROT. N° 18663

VITERBO, - 8 MAR. 2016

A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per 3 anni, di lavaendoscopi e relativo materiale di consumo per le UUOO varie di Endoscopia Digestiva dell'AUSL Viterbo per un importo massimo complessivo di 429.600,00 euro IVA 22% esclusa. CIG 6412529A53. Chiarimento n°6.

Si fornisce di seguito riscontro alla richiesta di chiarimento pervenuta.

QUESITO: si chiede di poter non ottemperare alla richiesta del Capitolato speciale d'oneri "Al fine di garantire la sicurezza degli operatori l'aggiudicatario del service dovrà realizzare:

- la segregazione dei locali lavaggio strumenti (realizzabile anche con una porta);
- l'installazione di un impianto di ventilazione/estrazione per la captazione degli effluenti degli agenti chimici utilizzati per la disinfezione.

In particolare l'impianto dovrà assicurare:

- o bilanciamento delle portate in entrata e uscita con pressione leggermente negativa;
- o un ricambio d'aria pari ad almeno 10-12 voll/h;
- o parametri microclimatici accettabili secondo la stagione.

Quanto sopra dovrà risultare espressamente ed essere chiaramente evincibile dalla documentazione tecnica che sarà prodotta dal concorrente." in quanto la stessa viene già soddisfatta con i sistemi di estrazione integrati sulle macchine stesse.

RISPOSTA: si osserva che le motivazioni addotte dalla Ditta non sono del tutto esaustive in ordine al rischio di passaggio di esalazioni nocive negli ambienti confinati, come peraltro previsto dall'art. 224 D.Lgs. 81/08.

Pertanto si ribadisce che pur offrendo sistemi a ciclo chiuso è condizione essenziale pena esclusione che il concorrente si faccia carico di eliminare tutte le eventuali incompatibilità di interazione tra la macchina offerta e l'ambiente.

Distinti saluti.

FDP
08/03/16

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Dr. Giovanni Firmani