

UOC E – PROCUREMENT
Direttore Dott.ssa Simona Di Giovanni
Settore Prodotti e Diagnostici
Tel. 0761 237 854-802
Fax. 0761 236685-237837

PROT. N° 25343

VITERBO, 28 MAR. 2017

ESCLUSIONE FASE TECNICA

Oggetto: Fornitura annuale di Kit Prontopack occorrenti alla UOC di Elettrofisiologia del P.O. di Belcolle RdO MePA n. 1384425-

Con la presente si comunica l'esclusione delle Ditte di seguito elencate, con le relative motivazioni, dalla fase di apertura dell'offerta economica:

DITTA	MOTIVO ESCLUSIONE
SP MED	Non disponibile la campionatura- Non valutabile
SVAS BIOSANA	Il telo copripaziente ha gli adesivi che si tolgono da soli e quindi il campo sterile si inquina facilmente
DELTAMED	Il camice non risulta confezionato e la pinza non corrisponde al modello richiesto
MEDIBERG	Telo copripaziente senza finestra toracica
AB MEDICA	1 camice non confezionato, ago non confezionato e pinza non corrispondente al modello richiesto
FEMA	Telo copripaziente senza finestra toracica
ALSE MEDICA	Ago non confezionato
BETATEX	Ciotola grande non adatta al nostro campo operatorio e agoangiografico non adatto per puntura femorale

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giovanni Firmani

