

ASL
VITERBOUOC E-Procurement
Settore Prodotti e Sistemi diagnostici
Mail: enrica.moscatelli@asl.vt.it

26 APR. 2017

PROT. N° 33399

VITERBO,

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**Pubblicità su sito web****OGGETTO: manifestazione di interesse per l'espletamento di acquisto avente per oggetto la fornitura di kit per la diagnostica molecolare della mutazione del gene MPL W515L/K**

E' intenzione di questa Azienda procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016, all'acquisto di kit per la diagnostica molecolare della mutazione del gene MPL W515L/K

- **Il test deve poter individuare le mutazioni W515L e W515K del gene MPL;**
- **Deve poter essere eseguito su vari campioni biologici, in particolare sangue venoso periferico e sangue midollare;**
- **Kit completo di tutti i reagenti di amplificazione e controllo positivo;**
- **Rilevazione su PCR – Real Time;**
- **Il kit per PCR-Real Time deve essere compatibile con la strumentazione già presente nel laboratorio di Genetica Medica dell'Ospedale di Belcolle (Light Cycler 2.0, Step-One Plus, Rotor-gene Q)**

Si invitano gli interessati a voler comunicare la propria volontà a mezzo fax al n°0761 237837 o mezzo mail all'indirizzo enrica.moscatelli@asl.vt.it entro 15 giorni dalla presente all'attenzione dell'U.O.C. E-Procurement – Settore Prodotti e Sistemi Diagnostici.

Dal presente avviso non consegue obbligo d'acquisto per questa Azienda Sanitaria.

Qualora suddetti prodotti fossero presenti sul Me.Pa. si chiede di darne comunicazione al fine di agevolare l'eventuale procedura di acquisto.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Marco Fornicoli

Il Direttore UOC E-Procurement
Dott.ssa Simona Di Giovanni