

PROT. N° 98206

VITERBO, 17 MAR. 2017

Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche dell'Azienda USL Viterbo.

Chiarimenti n° I.

Facendo riferimento ai quesiti pervenuti sulla gara per l'affidamento del servizio in oggetto, con la presente si comunica quanto segue:

- 1) In sede di offerta **non devono** essere indicati i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio, come invece erroneamente richiesto nel GUCE al punto III.3.2;
- 2) Il ribasso deve essere praticato sull'importo posto a base d'asta di €. 1.780.000,00, tenendo in considerazione che gli oneri della sicurezza di €. 275,00 non sono soggetti a ribasso, ma sono comunque inclusi nel valore complessivo a base di gara e sono riferiti a tutta la durata contrattuale (due anni);
- 3) La Relazione Tecnica non deve superare le 60 pagine. Gli eventuali allegati a completamento della stessa (es. curricula del personale, fac-simile della documentazione proposta per lo svolgimento del servizio ecc..) sono esclusi dal limite delle 60 pagine;
- 4) I servizi oggetto dell'appalto come la "Supervisione e controllo delle attività delle ditte esterne" (Art. 3.10 del Capitolato Tecnico) e la "Consulenza tecnica specialistica" (Art. 3.13 del Capitolato Tecnico) sono servizi che devono essere forniti, di cui non si prevede una specifica valutazione qualitativa. Mentre il servizio relativo allo "Sviluppo di un sistema di indicatori di risultato e dei livelli prestazionali" (Art. 3.12 del Capitolato Tecnico) viene valutato nell'ambito del criterio D (Software) p.to D.1;
- 5) I controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche secondo il D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 187/00 sono esclusi dall'appalto;
- 6) Le apparecchiature escluse dal servizio sono elencate nel documento "Alta Tecnologia" allegato alla presente;
- 7) Le date di scadenza dei contratti delle singole apparecchiature attualmente escluse sono indicate nel documento "Contratti in essere" allegato alla presente;
- 8) Si conferma che le regole di variazione dell'importo contrattuale iniziale indicate nell'Art. 2.1.1 del Capitolato Tecnico, non saranno applicate nel caso di affidamento di apparecchiature di alta tecnologia tipo TAC, RMN, ecc. attualmente escluse.

Infine si comunica che la presente nota di chiarimenti dovrà essere timbrata e firmata per accettazione ed inserita nella documentazione amministrativa richiesta nella "Busta A – Documentazione Amministrativa".

Distinti saluti

 Il Responsabile del Procedimento
 Dott. Giovanni Firmani
 