



Unità Operativa Complessa E-Procurement
Settore Beni Investimento Informatica Donazioni Inventario
 Via E. Fermi, 15
 01100 VITERBO
 Tel. 0761 237841/843 – Fax 0761 237837
 e-mail francesca.dipietro@asl.vt.it

PROT. N° 29106

VITERBO, 16 MAR. 2017

A CHI DI INTERESSE

OGGETTO: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in n. 6 Lotti di gara, volta all'affidamento della «Fornitura ed installazione, chiavi in mano, di tecnologie sanitarie ed arredi tecnici per l'attivazione del nuovo Blocco Operatorio presso l'Ospedale Belcolle-Viterbo».

LOTTO 4 – N.2 monitor defibrillatori.

Riscontro richiesta chiarimenti ed integrazione specifiche tecniche minime.

Si fornisce di seguito riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 13/03/2017.

QUESITO: <<Si richiede di specificare la tipologia di trasmissione dati richiesta. In particolare, siamo a richiedere di specificare la tipologia di connessione (MODEM, GPRS integrato, WI FI, LAN, ecc.) e se la trasmissione dei dati deve avvenire mediante invio ad un server aziendale od a postazioni singole>>.

RISPOSTA: <<I defibrillatori devono avere la possibilità di trasmettere i dati memorizzati in almeno una delle modalità tecnologicamente possibili tipo a titolo esemplificativo e non esaustivo: MODEM, GPRS, WI FI, LAN, ecc.>>.

Inoltre, ad interazione delle specifiche tecniche minime già indicate nel Capitolato Tecnico, i defibrillatori dovranno obbligatoriamente possedere le seguenti caratteristiche:

- funzione elettrostimolazione esterna
- protocollo di energia reimpostato conforme alle linee guida BLS/D
- indicazione di stato di carica della batteria con preavviso batteria scarica
- autotest.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Dr. Giovanni Firmani

FDP 18703