

1

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

Verbale della seduta pubblica della Commissione di Gara della procedura aperta espletata ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto fornitura di Protesi Mammarie ed Espansori occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo. Numero Gara 6872792

VERBALE N. 5

Il giorno **26 giugno 2018**, alle ore 10,30, presso i locali dell'U.O.C. E-Procurement (piano 3) siti in Via Enrico Fermi, 15 in Viterbo, si è riunita la commissione di gara, nominata con deliberazione n. 558/2018, per procedere all'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata, indetta con deliberazione n. 2058/2017, avente ad oggetto la fornitura di Protesi Mammarie ed Espansori occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo.

Sono presenti alla seduta riservata pubblica di gara:

- PRESIDENTE (ASL Viterbo): D.ssa AM Pavan;
- COMPONENTE (ASL Viterbo): D.ssa A Piccinetti;
- COMPONENTE (ASL Viterbo): Dott. Francesco Cavaliere;

Sono altresì presenti, in rappresentanza delle ditte offerenti, le persone indicate nel prospetto che, allegato al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale;

la Commissione di Gara

Vista la deliberazione n. 558/2017, con la quale veniva indetta una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto quanto sopra riportato.

Viste tutte le richieste di chiarimento pervenute da parte delle ditte interessate al procedimento di gara, con le quali sono state sollevate questioni amministrative e tecniche relative alla documentazione di gara richiesta e alla composizione dei lotti di gara e preso atto di tutte le risposte pubblicate sulla piattaforma Net4Market;

Preso atto che, entro i termini stabiliti, sono pervenute n. 5 (cinque) plichi da parte delle seguenti ditte: J&J MEDICAL SPA; ALLERGAN; ATRAMAT ITALIA SRL; SIAD HEALTHCARE SRL; SUNMEDICAL SRL;

Richiamata la Deliberazione n. 558/2018 con la quale veniva nominata, ai sensi dell'art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, apposito Seggio di Gara e apposita Commissione giudicatrice;

Visto il Verbale n. 1 del 18/04/18, relativo alla seduta pubblica nel corso della quale si è proceduto con l'apertura della documentazione amministrativa della gara di cui al presente verbale, nel corso della quale tutte le ditte offerenti sono state ammesse fatta eccezione per la ditta ALLERGAN che veniva ammessa con riserva per lo specifico lotto di gara n. 2 per non avere allegato alla documentazione amministrativa il PASSOE;

Visto il Verbale n. 2 del 3/05/18, relativo alla seduta riservata nel corso della quale il seggio di gara si è proceduto con l'apertura della documentazione amministrativa integrativa presentata dalla ditta ALLERGAN a titolo di soccorso istruttorio operazioni dalle quali risulta che la stessa non ha presentato quanto richiesto per lo specifico lotto di gara n. 2 (PASSOE) e pertanto viene esclusa per il lotto n. 2;

Visto il Verbale n. 3 del 10/05/18, relativo alla seduta pubblica nel corso della quale sono state aperte le buste tecniche di tutte le ditte offerenti risultando ammesse al proseguo della gara e nel corso del quale è stata richiesta idonea campionatura a titolo gratuito;



Visto il verbale n. 4 del 22/05/18 , relativo alla seduta riservata nel corso della quale la Commissione di gara ha proceduto all'assegnazione di punteggi di qualità per ciascun criterio di valutazione per ciascun lotto di gara come disciplinato dal bando di gara;

PROCEDE

Nella persona del Presidente alla lettura dei punteggi di qualità attribuiti dalla Commissione di gara a ciascuna delle offerte tecniche ammesse, come da prospetto riepilogativo allegato al Verbale n. 4 del 22/05/18.

Successivamente vengono aperte le Buste n. 3, contenenti le offerte economiche, di tutte le ditte ammesse e viene data pubblica lettura dei prezzi totali per lotto iva esclusa (si riporta tabella riepilogativa A).

Concluse le operazioni di lettura di tutte le offerte economiche si è proceduto al calcolo per l'attribuzione dei relativi punteggi prezzo, come stabilito nel disciplinare di gara, secondo la formula: $P = \text{Prezzo più basso} \times \text{Punteggio massimo attribuito} / \text{Prezzo Offerito}$.


Dalla sommatoria dei punteggi di qualità e dei punteggi prezzo risultano i punteggi totali, per ciascun lotto per ciascuna ditta ammessa (si riporta tabella riepilogativa A).


Pertanto la Commissione di gara, sulla base di tutto quanto sopra, formula la proposta di aggiudicazione per ciascun lotto di gara, riservando al RUP le valutazioni delle anomalie delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti interessati.

Al termine delle suddette operazioni il Presidente della Commissione di gara dichiara conclusa la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente	Dott.ssa A. Pavan
Componente	Dott. F. Cavaliere
Componente	D.ssa A. Piccinetti



DITTA	NOME COGNOME	DOCUMENTO	FIRMA
ALLERGAN			
ATRAMAT ITALIA SRL	GABRIELE CANNIPACE	PATENTE U155668217	
JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	CARLUEN LA VERDE	CARTA DI IDENTITÀ AN 8235338	CARLUEN LA VERDE
SIAD HEALTHCARE SPA			
SUNMEDICAL SRL			

LOTTO 1

PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE in gel di silicone. (*)

1. Protesi mammarie di forma anatomica in gel di silicone coesivo (alta coesività) di grado medicale, biocompatibile e atossico. Involucro esterno in elastomero di silicone di grado medicale a triplo strato resistente e non permeabile al trasudo.
2. Superficie testurizzata.
3. Reperi sulla superficie per un corretto posizionamento in senso longitudinale.
4. Varie dimensioni longitudinali con varie proiezioni e diametri trasversali. Tali caratteristiche devono essere combinate tra loro ad ottenere il maggior numero possibile di varietà e misure protesiche.
5. Range volumetrico per ciascuna forma e variante da 90 ad oltre 650 cc.
6. Doppio confezionamento sterile, etichettatura a norma, stickers adesivi che riportino i dati necessari alla tracciabilità degli impianti.
7. Validazione da parte di organi di controllo qualificati di nazioni estere.
8. Adeguate e recenti documentazione scientifica comprovante l'impiego delle protesi in studi clinici.
9. Garanzia minima delle protesi da parte del produttore

PARAMETRI	PESO	ALLERGAN	Gp= g X peso %	J&J MEDICAL	Gp= g X peso %			
QUALITA' DEL PRODOTTO (TOT 46)								
QUALITA' DEL MATERIALE - PUNTI (TOT 18,4)	46	1,00	18,40	1,00	18,40			
FORME E CONSISTENZA - PUNTI (TOT. 13,8)	46	1,00	13,80	0,85	11,73			
SUPERFICIE ESTERNA -PUNTI (TOT. 9,2)	46	1,00	9,20	1,00	9,20			
CONFEZIONAMENTO - PUNTI (4,6)	46	1,00	4,60	1,00	4,60			
SICUREZZA E FACILITA' IMPPIANTO - PUNTI 9 (100%)	9	1,00	9,00	1,00	9,00			
AMPIEZZA DELLA GAMMA E MISURE - PUNTI 9 (100%)	9	1,00	9,00	0,85	7,65			
ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO GESTIONE CONTO DEPOSITO - PUNTI 6 (100%)	6	0,85	5,10	0,85	5,10			
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'			69,10		65,68			
RIPARAMETRAZIONE (EVENTUALE)			70		66,54			
OFFERTA TOTALE LOTTO		ALLERGAN	€ 62.930,00	J&J MEDICAL	€ 62.400,00			
OFFERTA PIU' BASSA			€ 62.400,00	€ 1.872.000,00				
PUNTEGGIO PREZZO			29,75		30			
TOTALE PUNTEGGIO		SIFA ALLERGAN	99,75	J&J MEDICAL	96,54			
AGGIUDICATARIA								

LOTTO 2

ESPANSORI TESSUTALI MAMMARI

1. Espansori tessutali di forma anatomica in elastomero di silicone di grado medicale, biocompatibile, atossico, a triplo strato con superficie testurizzata, a riempimento con soluzione fisiologica, reperi sulla superficie per un corretto posizionamento longitudinale, valvola di riempimento integrata a rilevamento magnetico e radiopaca, di facile reperimento mediante idoneo strumento esterno in dotazione e con sistema di sicurezza per evitare perforazioni con l'ago.
2. Volume da 200cc ad oltre 600cccirca.
3. Forma anatomica con possibilità di almeno due altezze longitudinali.
4. Doppio confezionamento sterile, etichettatura a norma, stickers adesivi che riportino i data necessari alla tracciabilità dell'impianto

PARAMETRI	PESO	J&J	Gp= g X peso					
QUALITA' DEL PRODOTTO (TOT 46)								
QUALITA' DEL MATERIALE - PUNTI (TOT 18,4)	46	1,00	18,40					
FORME E CONSISTENZA - PUNTI (TOT .13,8)	46	1,00	13,80					
SUPERFICIE ESTERNA -PUNTI (TOT. 9,2)	46	1,00	9,20					
CONFEZIONAMENTO - PUNTI (4,6)	46	1,00	4,60					
SICUREZZA E FACILITA' IMPIANTO - PUNTI 9 (100%)	9	1,00	9,00					
AMPIEZZA DELLA GAMMA E MISURE - PUNTI 9 (100%)	9	1,00	9,00					
ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO GESTIONE CONTO DEPOSITO - PUNTI 6 (100%)	6	0,85	5,10					
			14,10					
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'			69,10					
RIPARAMETRAZIONE (EVENTUALE)								
OFFERTA TOTALE LOTTO		J&J	€ 20.800,00					
OFFERTA PIU' BASSA								
PUNTEGGIO PREZZO							30	
TOTALE PUNTEGGIO		J&J	99,10					
			AGGIUDICATARIA					

Two handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, and the second is a set of initials.

LOTTO 4**MATERIALE BIOLOGICO** da utilizzare come rivestimento delle protesi mammarie (ADM matrici dermiche acellulari).

Fogli di materiale costituito da componenti delle matrici extracellulari (collagene ecc.), di origine umana o animale, non cross-linked in confezione sterile, di varie misure con possibilità di fenestrazione ove non già esistente.

Possibilità di modellamento.

Possibilità di immagazzinamento a temperatura ambiente senza particolari precauzioni

PARAMETRI		PESO	SIAD	Gp= g X peso %	ATRAMAT	Gp= g X peso %			
QUALITA' DEL PRODOTTO (TOT 46)									
CONSERVAZIONE E VALIDITA'- PUNTI (TOT 18,4)	46	30,00	1,00	13,80	1,00	13,80			
POSSIBILITA' RIVESTIMENTO INTERA PROTESI - PUNTI (TOT. 13,8)	46	30,00	1,00	13,80	0,60	8,28			
ASSENZA CROSSLINKING CHIMICO O ARTIFICIALE - PUNTI (TOT. 9,2)	46	40,00	0,60	11,04	1,00	18,40			
SICUREZZA E FACILITA' IMPIANTO - PUNTI 9 (100%)	9	100,00	1,00	9,00	0,60	5,40			
AMPIEZZA DELLA GAMMA E MISURE - PUNTI 9 (100%)	9	100,00	1,00	9,00	0,60	5,40			
ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO GESTIONE CONTO DEPOSITO - PUNTI 6 (100%)	6	100,00	0,85	5,10	0,85	5,10			
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				61,74		56,38			
RIPARAMETRAZIONE (EVENTUALE)				70		63,92			
OFFERTA TOTALE LOTTO			SIAD	€ 16.900,00	ATRAMAT	€ 14.000,00			
OFFERTA PIU' BASSA				€ 14.000,00	€ 420.000,00				
PUNTEGGIO PREZZO				24,85		30			
TOTALE PUNTEGGIO			SIAD	94,85	ATRAMAT	93,92			




LOTTO 5

MATERIALE NON BIOLOGICO da utilizzare come rivestimento delle protesi mammarie.

Fogli di materiale non biologico, sintetico, non riassorbibile ma biocompatibile.

In confezione sterile e facilmente immagazzinabile.

Espansibile e facilmente applicabile

PARAMETRI		PESO	SUNMEDICAL	Gp= g X peso %					
QUALITA' DEL PRODOTTO (TOT 46)									
ESPANSIBILITA' - PUNTI (TOT 18,4)	46	30,00	1,00	13,80					
PLICABILITA' - PUNTI (TOT. 13,8)	46	30,00	1,00	13,80					
BIOCOMPATIBILITA' -PUNTI (TOT. 9,2)	46	40,00	1,00	18,40					
SICUREZZA E FACILITA' IMPIANTO - PUNTI 9 (100%)	9	100,00	1,00	9,00					
AMPIEZZA DELLA GAMMA E MISURE - PUNTI 9 (100%)	9	100,00	1,00	9,00					
ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO GESTIONE CONTO DEPOSITO - PUNTI 6 (100%)	6	100,00	0,85	5,10					
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				69,10					
RIPARAMETRAZIONE (EVENTUALE)									
OFFERTA TOTALE LOTTO			SUNMEDICAL	€ 34.000,00					
OFFERTA PIU' BASSA									
PUNTEGGIO PREZZO				30					
TOTALE PUNTEGGIO			SUNMEDICAL	99,10					
			AGGIUDICATARIA						

