



PROT. N° 20867

VITERBO, 14 MAR. 2017

**CHIARIMENTO 5**

**OGGETTO: Procedura aperta a rilevanza comunitaria ai sensi degli art. 59 e art. 60 del D.L.vo 50/2016, per l'affidamento della fornitura in service, suddivisa in 3 lotti, di sistemi diagnostici completi di reagenti ed apparecchiature per la determinazione di gruppi sanguigni, la ricerca di anticorpi irregolari antieritrocitari, prove di compatibilità ed altri esami specialistici immunoematologici per il SIMT del C.O.B di Belcolle ASL Viterbo. Numero di Gara 6609933**

Con la presente si comunicano i seguenti chiarimenti in merito alla gara in oggetto:

- 1- Quesito – Caratteristiche tecniche nella voce “Lettori Portatili”: utilizzo semplice, senza bisogno di reti wireless, maneggevoli con accesso protetto da password” – E’ possibile offrire lettori portatili con accesso protetto da altri sistemi di sicurezza ? Esempio Finger, RFID ettc?  
**Sì, è possibile offrire lettori portatili con accesso protetto da altri sistemi di sicurezza**
- 2- Quesito – Le ditte offerenti dovranno essere disponibili ad effettuare una prova clinico – pratica dell’apparecchiatura offerta ( per 20 gg) – In virtù delle difficoltà di poter espletare in tempi rapidi una prova presso la VS. struttura chiediamo la possibilità di poter espletare la prova clinico pratica presso una struttura pubblica equivalente.  
**Si autorizza all’espletamento di prova clinico pratica presso una struttura pubblica equivalente alla presenza di nostri referenti incaricati.**
- 3- Quesito – Lotto 3: Fornitura di un sistema di sicurezza trasfusionale per la verifica totale del processo trasfusionale a letto del paziente mediante un sistema di riconoscimento (D.M. 02/11/2015....) – alla voce evidenziata SOFTWARE DI GESTIONE E BASE DATI: deve consentire l’accesso dati da remoto, deve essere interfacciato con il sistema gestionale del SIMT (Emonet), lo scarico dei dati deve avvenire direttamente nei Reparti per ottenere un aggiornamento in tempo reale e la base dati deve risiedere all’interno dell’Azienda Sanitaria (D.L. 30/06/2003) -  
**Sono ammessi sistemi diversi purchè ampiamente descritte le caratteristiche di equivalenza e garantita la funzionalità e l’accesso ai dati senza alcun aggravio economico per l’Azienda.**
- 4- Quesito – Art. I : Prestazioni oggetto del servizio, modalità d esecuzione, durata dell’appalto – art. I.1 Lotto n°2 – Caratteristiche tecniche punto 6) – Si chiede di chiarire se per “flessibilità nella creazione dei profili operativi” si intenda la possibilità di scegliere la tipologia e la disposizione dei singoli analiti all’interno di ciascun profilo necessario alla routine operativa del Centro  
**La routine si esplica attraverso l’utilizzo di profili fissi che riguardano la tipizzazione eritrocitaria delle sacche donate.**

- 5- Quesito – 21.2 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Valutazione qualitativa del Lotto n°2 – Paragrafo C – Adattabilità al Laboratorio : “ Tempo esecuzione test”.  
**Si intende il tempo necessario a processare l’intera seduta con i profili fissi relativi alla tipizzazione eritrocitaria delle sacche.**
- 6- Quesito – Oltre ad Emonet, in uso presso il SIMT, avete altri programmi che interagiscono con il servizio trasfusionale....  
**L’unico programma con la quale si deve interfacciare il sistema è Emonet;**
- 7- Quesito – Quali sono le modalità e le persone da contattare per poter effettuare il sopralluogo obbligatorio  
**Il sopralluogo va effettuato previo contatto con il Dott. Gasbarri 0761/339005 - 0761/338622**
- 8- Quesito - Disciplinare di gara Art. 18.6 Contenuto della Busta B – Documentazione tecnica: Certificazione UNI ENI ISO 9001/3 per l’attività di manutenzione di apparecchiature elettroniche, nonché la dichiarazione di persistenza della certificazione acquisita. Si chiede di chiarire a quale certificazione si fa riferimento ...  
**E’ ammessa la produzione della certificazione ISO 9001/2008**
- 9- Quesito - Art.17.3 Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa: Documentazione concernente la capacità tecnica e professionale, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.  
**In base a quanto previsto all’art. 86 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 - Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate mediante:**
- i) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima – nello specifico è necessario che il contratto indicato presenti almeno il valore pari al fatturato richiesto;
- 10- Quesito – Art. 17 Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa “ Inoltre la stessa busta dovrà contenere un supporto informatico contenente quanto indicato al punto 17.3 “ copia offerta priva di prezzi”-  
**Il cd richiesto dovrà contenere solo ed esclusivamente l’offerta economica priva di prezzi, il quale andrà a costituire completamente della documentazione tecnica.**

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Giovanni Firmani

