

**ASL
VITERBO**U.O.C. E. PROCUREMENT
SETTORE SISTEMI DIAGNOSTICI E PRODOTTI
TEL.: 0761 237847-849
FAX : 0761 237846
E-MAIL: patrizia.paoletti@asl.vt.it**REGIONE
LAZIO**

PROT. N. 29018

VITERBO, 12 APR. 2018

A TUTTE LE DITTE PARTECIPANTI

OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in n. 03 lotti, avente ad oggetto la fornitura in Service full risk di Sistemi di Spettrometria di massa, HPLC e materiali di consumo, occorrenti all'AUSL di Viterbo, per la durata di anni tre + uno.

LOTTO 1 CIG 7345940D72**LOTTO 2 CIG 7345996BA9**

CHIARIMENTI TECNICI LOTTI 1 E 2

LOTTO 1

- L'interfacciamento al sistema gestionale deve essere considerato bidirezionale.
- Le passate esperienze con il generatore di azoto combinato non hanno soddisfatto le esigenze del Laboratorio; peraltro il generatore, per motivi logistici ed acustici, deve essere posizionato molto lontano dalla stanza in cui è collocata la strumentazione. Pertanto si preferisce mantenere la configurazione richiesta.
- Proprio perché lo Spettrometro di massa a Triplo Quadrupolo lavora in Massa nominale è stata richiesta la sola Risoluzione e non l'Accuratezza di massa, prerogativa della Alta Risoluzione. Quindi verrà valutata la Risoluzione dello Spettrometro di massa offerto.
- Per quanto riguarda il parametro della velocità di scansione verrà valutata la velocità massima di scansione dello spettrometro di massa offerto.

LOTTO 2

- Si precisa che il numero delle analisi richieste in tabella sono da considerarsi i test eseguiti presso il laboratorio, secondo le statistiche dell'anno precedente.
Per quanto riguarda i calibratori e controlli si rimanda a quanto specificato in calce alla "Tabella 2"
Costo Materiale Accessorio.
La frequenza delle sedute analitiche è settimanale.

Il RUP

Dott. Giovanni Firmani

Il Direttore dell' U.O.C. E-Procurement

Dott.ssa Simona Di Giovanni

P/P

12/04/2018