

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano, in noleggio per la durata di 4 anni, di n. 1 sistema neuronavigazione e relativo materiale di consumo occorrente all'UOC Neurochirurgia Ospedale Viterbo

Protocollo gara: 1433 del 13/08/2018

Ente: ASL Viterbo

Data creazione report: 11/09/2018 10:53

Chiarimento n. 3 : Chiarimento n. 1

da Ente alle 11/09/2018 10:53

QUESITO: Si richiede gentilmente di chiarire la tipologia di consumabile / impiantabile da includere nei numero 8 interventi di stimolazione cerebrale profonda annui e se gli elettrodi di stimolazione sono da considerarsi inclusi.

RISPOSTA: E' da intendersi incluso ogni consumabile / impiantabile e dispositivo accessorio necessario per gli interventi di stimolazione cerebrale profonda ad eccezione degli elettrodi di stimolazione.

QUESITO: Si chiede gentilmente di confermare che la macchina richiesta debba essere nuova e di ultima generazione.

RISPOSTA: Si conferma.
Il RUP Dr. Giovanni Firmani