

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano, in noleggio per la durata di 4 anni, di n. 1 sistema neuronavigazione e relativo materiale di consumo occorrente all'UOC Neurochirurgia Ospedale Viterbo

Protocollo gara: 1433 del 13/08/2018

Ente: ASL Viterbo

Data creazione report: 04/10/2018 17:04

Chiarimento n. 7 : Chiarimento n. 3

da Ente alle 04/10/2018 17:04

DOMANDA 1: Relativamente al chiarimento

“Chiarimento n. 3 : Chiarimento n. 1, dell' 11/09/2018 10:53” – “ QUESITO: Si richiede gentilmente di chiarire la tipologia di consumabile / impiantabile da includere nei numero 8 interventi di stimolazione cerebrale profonda annui e se gli elettrodi di stimolazione sono da considerarsi inclusi” – si precisa come nel capitolato di gara non sia richiesto materiale impiantabile bensì esclusivamente “ n.1. Sistema di Neuronavigazione e relativo materiale di consumo”. Si chiede quindi conferma che la risposta al chiarimento sopracitato “RISPOSTA: E' da intendersi incluso ogni consumabile / impiantabile e dispositivo accessorio necessario per gli interventi di stimolazione cerebrale profonda ad eccezione degli elettrodi di stimolazione” citi per mero errore il materiale impiantabile relativo agli interventi di stimolazione celebrale profonda, che esulano dalla presente procedura di gara.

RISPOSTA 1: A parziale rettifica del precedente

chiarimento n. 1, si precisa che non è richiesto materiale impiantabile ma ogni consumabile atto al funzionamento del neuronavigatore come a titolo esemplificativo le sfere riflettenti, etc.

DOMANDA 2: Si richiede altresì conferma che per

“materiale consumabile” si intenda ESCLUSIVAMENTE il materiale MONOUSO/ PLURIUSO correlato all'utilizzo del neuronavigatore E ALLE PROCEDURE CHIRURGICHE INDICATE nel capitolato suddetto.

RISPOSTA 2: Si conferma.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Giovanni Firmani