

SCHEMA TECNICA – MODELLO T1

N. 1 MICROSCOPIO SCANNERIZZATORE DIGITALE DEI VETRINI E SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE SU HARDWARE PER LA ASL DI VITERBO – U.O. –ANATOMIA PATOLOGICA P.O. BELCOLLE

Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI MINIMI:		
<i>Il sistema di acquisizione di immagini di preparati istologici e citologici sarà composto da:</i>		
Scanner per la digitalizzazione di vetrini isto-cito- patologici in campo chiaro e fluorescenza		
Software per la gestione e condivisione dei vetrini digitalizzati		
Il sistema dovrà essere in grado di scansionare preparati citologici e istologici in campo chiaro ed in fluorescenza e dovrà permettere l'acquisizione dei vetrini digitali a 20x, 40x, 60x, 100x		
Dotato di sistema per l'acquisizione di immagine sia in automatico che in manuale		
Dotato di archivio digitale con possibilità di accesso via web, tramite software		
Provvisto di software per interpretazione della FISH		
Possibilità di acquisizione del file in toto su archivio esterno		
Dotata di tutte le parti ed accessori necessari al suo corretto, sicuro ed immediato funzionamento		
Marchio CE ai sensi delle Direttive Comunitarie applicabili, conformità alle norme di sicurezza C.E.I. o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza.		

Altre caratteristiche qualificanti (da riportarsi di seguito o eventualmente in relazione tecnica) _____

Attenzione: non modificare la colonna a sinistra. Possono invece essere inseriti accessori opzionali e altre caratteristiche e requisiti operando nella colonna a destra ed incrementando le righe.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

DATA _____

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK	DESCRIZIONE	NOTE				
Organizzazione del servizio di assistenza tecnica						
sede						
magazzino parti di ricambio						
tipo di contratto						
n. visite periodiche						
nr. Interventi su chiamata						
esclusioni						
sistema di telediagnosi						
aggiornamenti HW e SW						
certificazioni di qualità ditta manutentrice						
n. tecnici dedicati e/o specialisti su Viterbo						
Copertura danni accidentali						
Corsi di formazione						
Tempi di risposta max						

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

DATA _____

tempo max per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura						
verifiche di sicurezza elettrica						
controlli di qualità prestazionale						
Disponibilità di apparecchiature sostitutive						
Modalità e termine della garanzia						
Durata della garanzia						
Modalità e servizi inclusi nel periodo di garanzia						

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

DATA _____