

SCHEMA TECNICA – MODELLO T1

N. 3 MICROTOMI ROTATIVI AUTOMATICI CON ELEMENTO PELTIER PER LA ASL DI VITERBO – U.O. ANATOMIA PATOLOGICA – P.O. BELCOLLE

Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI MINIMI:		
Microtomo rotativo automatico		
Avanzamento automatico del campione		
Varie modalità di sezionamento (descrivere)		
Spessore di taglio impostabile indicativamente da 0,5 ad almeno 60 µm		
Possibilità di sistema per avanzamento veloce del campione per sgrossatura		
Retrazione del campione (descrivere)		
Velocità di sezionamento regolabile (specificare)		
Corsa verticale (specificare range ed indicare se idonea per utilizzo di megacassette)		
Proteggi lama integrato		
Display di controllo per visualizzazione dei principali parametri di lavoro (tipo: sezionamento, sgrossatura, n° sezioni, µm di campione sezionati, µm di retrazione, Stop, Stop d'emergenza,...etc)		
Portacampione con sistema d'orientamento micrometrico del campione (specificare)		
Provvisto di elemento peltier per il raffreddamento del blocchetto in paraffina		
Possibilità di idonei sistemi di sicurezza (elencare e descrivere)		
Corpo monoblocco di facile pulizia e provvisto di ampia vaschetta per la raccolta dei residui		
Gamma completa di accessori per le varie applicazioni		
Assolutamente privo di vibrazioni che ne limitino l'uso		
Dotato di tutte le parti e gli accessori necessari al suo corretto, sicuro ed immediato funzionamento		
Marchatura CE ai sensi del D.Lgs. n.37/2010 (che emenda il D.Lgs. 332/2000), che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che modifica la Direttiva 98/79/CEE - Dispositivi Medico diagnostici in vitro con indicato il numero dell'organismo certificato che le ha rilasciate		

Altre caratteristiche qualificanti (da riportarsi di seguito o eventualmente in relazione tecnica) _____

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

DATA _____

Attenzione: non modificare la colonna a sinistra. Possono invece essere inseriti accessori opzionali e altre caratteristiche e requisiti operando nella colonna a destra ed incrementando le righe.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK	DESCRIZIONE	NOTE				
Organizzazione del servizio di assistenza tecnica						
sede						
magazzino parti di ricambio						
tipo di contratto						
n. visite periodiche						
nr. Interventi su chiamata						
esclusioni						
sistema di telediagnosi						
aggiornamenti HW e SW						
certificazioni di qualità ditta manuttrice						
n. tecnici dedicati e/o specialisti su Viterbo						
Copertura danni accidentali						

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

DATA _____

Corsi di formazione						
Tempi di risposta max						
tempo max per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura						
verifiche di sicurezza elettrica						
controlli di qualità prestazionale						
Disponibilità di apparecchiature sostitutive						
Modalità e termine della garanzia						
Durata della garanzia						
Modalità e servizi inclusi nel periodo di garanzia						

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

DATA _____