

**SCHEMA TECNICA – MODELLO T1**

**N. 2 MICROSCOPI PER LA ASL DI VITERBO – U.O. ANATOMIA PATOLOGICA  
P.O. BELCOLLE**

Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
<b>REQUISITI MINIMI:</b>		
Microscopi di elevata efficienza e qualità per un utilizzo in anatomia patologica.		
Dotato di tubo di osservazione binoculare a 30°, con distanza interpupillare regolabile e di oculari 20x.		
Strumento fornito di dispositivo di messa a fuoco coassiale bilaterale micro e macro.		
Condensatore per campo chiaro		
Dispositivo di illuminazione con sistema di intensità regolabile adeguata per acquisizione d'immagine		
Dotati di videocamera per acquisizione di immagine e contemporanea visione agli oculari		
Tavolino traslatore con comando coassiale e fermaoggetti.		
Obiettivi planari corretti all'infinito di buona qualità senza evidenza di aberrazioni cromatiche: da 2x, 4 o 5x, 10x, 20x, 40x, 100x .		
Entrambi dotati di lenti per polarizzazione		
Possibilità di espansione e potenziamento(p.e:equipaggiamento per fluorescenza).		
Conformità del microscopio alle Norme di Sicurezza Internazionali e Certificazione secondo ISO 9001.		
Completo di tutte le parti ed accessori necessari al suo corretto, sicuro ed immediato funzionamento.		
Marchio CE ai sensi delle Direttive Comunitarie applicabili, conformità alle norme di sicurezza C.E.I. o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza.		

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE** \_\_\_\_\_

**DATA** \_\_\_\_\_

**Altre caratteristiche qualificanti** (da riportarsi di seguito o eventualmente in relazione tecnica) \_\_\_\_\_

**Attenzione:** non modificare la colonna a sinistra. Possono invece essere inseriti accessori opzionali e altre caratteristiche e requisiti operando nella colonna a destra ed incrementando le righe.

<b>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>				
Organizzazione del servizio di assistenza tecnica						
sede						
magazzino parti di ricambio						
tipo di contratto						
n. visite periodiche						
nr. Interventi su chiamata						
esclusioni						
sistema di telediagnosi						
aggiornamenti HW e SW						
certificazioni di qualità ditta manuttrice						
n. tecnici dedicati e/o specialisti su Viterbo						
Copertura danni accidentali						
Corsi di formazione						

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE** \_\_\_\_\_

**DATA** \_\_\_\_\_

Tempi di risposta max						
tempo max per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura						
verifiche di sicurezza elettrica						
controlli di qualità prestazionale						
Disponibilità di apparecchiature sostitutive						
<b>Modalità e termine della garanzia</b>						
Durata della garanzia						
Modalità e servizi inclusi nel periodo di garanzia						

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE** \_\_\_\_\_

**DATA** \_\_\_\_\_