

**ASL
VITERBO**U.O.C. E. PROCUREMENT
SETTORE SISTEMI DIAGNOSTICI E PRODOTTI
TEL.: 0761 237847-849
FAX : 0761 237846
E-MAIL: patrizia.paoletti@asl.vt.it

PROT. N. 86390

VITERBO, 12/11/18

A TUTTE LE DITTE PARTECIPANTI

OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 5 Lotti, avente ad oggetto la fornitura di **MATERIALI DI CONSUMO DI USO GENERALE PER I LABORATORI ANALISI** occorrenti all'AUSL di Viterbo, per la durata di anni tre + uno .

CHIARIMENTI

Relativamente al Lotto 4, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

Rettifica al precedente chiarimento, Prot. n. 84117 del 09/11/2018

"SUPPORTO PER MICROPIP" = da quanti posti ?

RISPOSTA: N.06

Relativamente al Lotto 5, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

"CONTENITORI TRANSPORTER RIGIDI IN PP ISOLANTE CON TRACOLLA 5L misure esterne MM. 464X257X230 misura interna 290*170*130. Sigillabile"

1) è possibile offrire contenitori con misure diverse da quelle indicate e se con la caratteristica "Sigillabile" si intende un contenitore dotato di serratura elettromeccanica.

RISPOSTA: Per motivi di spazi e contenuti servono le misure indicate e le caratteristiche minime richieste, e la caratteristica "Sigillabile" non si intende serratura elettromeccanica.

2) Si richiede, inoltre, se è possibile offrire un contenitore con cella refrigerante con possibilità di differenti configurazioni.

RISPOSTA : No

Il RUP

Dott. Giovanni Firmani

P/P
12/11/2018