



**ASL
VITERBO**

U.O.C. E-PROCUREMENT

Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo

Direttore Dr.ssa Simona Di Giovanni

Tel. 0761 237825 – Fax 0761 237837; e-mail: simona.digiovanni@asl.vt.it

SETTORE BENI, INFORMATICA E DONAZIONI

TEL. 0761 237843/841 – FAX 0761 237837

e-mail: paola.donati@asl.vt.it, francesca.dipietro@asl.vt.it



**REGIONE
LAZIO**

PROT. N. 21324

VITERBO, 15 MAR. 2018

PER CHI DI INTERESSE

Oggetto: Procedura aperta telematica, in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., volta all'affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici per il Laboratorio Analisi della ASL di Viterbo.

CHIARIMENTO N. I

DOMANDA: In riferimento al presente procedimento di gara, con la presente chiediamo cortesemente di voler pubblicare le planimetrie in formato DWG e gli schemi di offerta economica ed i modelli di dichiarazioni ed allegati amministrativi in formato editabile.

RISPOSTA: Le planimetrie in formato DWG e i modelli di dichiarazioni e allegati amministrativi verranno pubblicati contestualmente al presente chiarimento in formato editabile sia sul sito di questa ASL che sulla piattaforma Net4Market mentre si comunica che non sono stati previsti schemi di offerta economica, pertanto, si conferma, come indicato nel disciplinare di gara, che il dettaglio dell'offerta economica dovrà comprendere quanto previsto all'art.15 del capitolato speciale d'appalto allegato A.

DOMANDA: Lotto n. 6 - HUB VITERBO URINE

In relazione alla tabella "CARATTERISTICHE STRUMENTALI E ANALITICHE MAX 65,00 punti (100%)/MIN 26,00 punti" a pag. 71 del Capitolato Tecnico si fa gentilmente notare che la somma delle percentuali indicate è pari al 120% (anziché 100%) e di conseguenza la somma dei punteggi invece che 65 risulta essere 78. Si chiede pertanto di indicare la percentuale corretta di ogni singola voce della tabella.

RISPOSTA: Si riporta di seguito la griglia di valutazione dei criteri corretta per ogni singola voce della tabella:

Caratteristiche oggetto di valutazione

Griglia di valutazione dei criteri (max 70 punti)

Punteggio max

CARATTERISTICHE STRUMENTALI E ANALITICHE MAX 65,00 punti (100%)/MIN 26,00 punti

Modalità di caricamento dei reagenti (relazionare)	10%
Cadenza analitica del sistema in toto con 15 HPF	10%
Numero dei reagenti necessari al completo funzionamento degli strumenti per l'analisi chimico-fisica delle urine e per lettura urine (relazionare)	10%
Possibilità di produrre altri parametri oltre quelli richiesti	10%
Visualizzazione a video del campo microscopico che consenta nella validazione di visualizzare in un'unica videata l'insieme degli elementi rilevati nel campione (sedimento urinario)	10%
Espressione dei risultati in particelle/ microlitro particelle/HPF (campo microscopico)	10%
Sistema di lettura delle aree reattive mediante camera digitale a colori (relazionare).	5%
Possibilità di definizione da parte dell'operatore (in base ai valori ottenuti) di criteri selettivi dei	5%

campioni da sottoporre a validazione	
Protezione dei reattivi dalle contaminazioni esterne con rilevazione automatica di eventuale esposizione degli stessi ad umidità (Relazionare)	10%
Modalità del sistema di controllo del carry – over dei campioni	5%
Valore minimo dell'urina necessario per l'esecuzione dell'esame completo chimico-fisico/ sedimento	5%
Lettura e visualizzazione del sedimento (relazionare metodica).	10%

DOMANDA: Con la presente siamo a richiedere se il termine "sottoscrizione" presente nel disciplinare e nel capitolato relativamente a parte della documentazione che dovrà essere presentata, è da intendersi riferito alla firma apposta a mano sul documento cartaceo dal legale rappresentante della ditta, ovvero alla firma digitale apposta sul documento pdf.

Nel caso in cui debba intendersi quale firma digitale, si chiede conferma del fatto che sia sufficiente produrre, nell'ambito della offerta tecnica di cui all'art. 15 del capitolato, documenti firmati digitalmente e non anche siglati in ogni pagina del documento cartaceo.

RISPOSTA: Si conferma che è sufficiente apporre la firma digitale su ogni file pdf presentato.

DOMANDA: Relativamente alla richiesta presente all'art. 5 del Capitolato, punto XII, siamo a richiedere conferma che la documentazione "Manuali, programmi di gestione e funzionamento di tutta la strumentazione, dépliant e fogli illustrativi dei reagenti, complementi e materiale d'uso", richiesti in versione stampata siano da consegnare all'Azienda Appaltante in duplice copia in un momento successivo all'aggiudicazione e non in sede di presentazione dell'offerta.

RISPOSTA: Si conferma che la documentazione "Manuali, programmi di gestione e funzionamento di tutta la strumentazione, dépliant e fogli illustrativi dei reagenti, complementi e materiale d'uso", in fase di offerta deve essere scannerizzata e firmata digitalmente mentre deve essere consegnata all'Azienda Appaltante, in duplice copia, in un momento successivo all'aggiudicazione.

DOMANDA: Relativamente al LOTTO 3 in riferimento al requisito minimo: *Caricamento in continuo e semina su vari terreni di coltura con esecuzione random dei campioni biologici pervenuti in laboratorio...* Si chiede che venga spiegato meglio in ambito microbiologico cosa si intende per "caricamento in continuo"

RISPOSTA: Si intende caricamento di continuo non necessariamente senza pausa.

DOMANDA: Relativamente al LOTTO 3 si chiede cosa si intende per:

"Capacità di trasferimento delle piastre petri dal seminatore agli incubatori mediante sistemi di connessione automatici"

"Imaging digitale automatico".

RISPOSTA: Relativamente al primo punto si intende che il trasferimento delle piastre deve avvenire in automatico all'incubatore.

Relativamente al secondo punto si intende la possibilità di "fotografare" e "acquisire le immagini" della semina in automatico.

DOMANDA: Si richiede cortesemente di verificare se il numero di 15.000 esami/anno per le "Catene kappa e lambda leggere libere" richieste nella tabella 22 del lotto 8 sub-lotto b (Proteine specifiche) del Capitolato sia corretto.

RISPOSTA: Il numero corretto degli esami/anno per le "Catene kappa e lambda leggere libere" richieste nella tabella 22 del lotto 8 sub-lotto b (Proteine specifiche) del Capitolato è di 1.500 per cui si riporta di seguito la tabella 22 corretta:

TABELLA 22

LOTTO 8

PROTEINE SPECIFICHE

LABORATORIO ANALISI HUB

N° ESAMI/ANNO	ANALITI	FREQUENZA
350	ALFA 1 MICROBULINA	2 VOLTE SETTIMANA A
325	ALFA 2 MACROGLOBULINA	2 VOLTE SETTIMANA A
2000	BETA 2 MICROGLOBULINA	GIORNALIERA
50	CERULOPLASMINA	AL BISOGNO
1500	CATENE KAPPA E LAMBDA LEGGERE LIBERE	GIORNALIERA
6200	MICROALBUMINURIA	GIORNALIERA
100	RECETTORE SOLUBILE DELLA TRANSFERRINA	AL BISOGNO
50	SOSTANZA AMILOIDE	AL BISOGNO
100	CISTATINA C	AL BISOGNO
10675	TOTALE	

DOMANDA: Si richiede cortesemente altresì di verificare se l'importo di 90.000€ /anno posto come base d'asta per il lotto 8 - sub lotto B (Proteine specifiche) sia corretto.

RISPOSTA: Dalla disamina del Capitolato tecnico posto a gara appare una inversione degli importi dei Sub-Lotti 8A e 8B da intendersi invece come di seguito si riporta:

Base d'asta Sub-Lotto 8A: € 90.000,00/anno

Base d'asta Sub-Lotto 8B: € 35.000,00/anno.

DOMANDA: Si richiede cortesemente di confermare di non poter inviare un'offerta per il singolo sub lotto ma solo per il lotto completo?

RISPOSTA: Si conferma di non poter inviare un'offerta per il singolo sub-lotto, ma solo per il lotto completo.

DOMANDA: Relativamente al LOTTO I si chiede conferma che i requisiti richiesti all'art 6.4 del disciplinare per la realizzazione delle opere siano richiesti esclusivamente per il sublotto H inerente l'Hub P.O. Belcolle

RISPOSTA: Si confermano i requisiti art. 6, tutti quelli ivi indicati sono riferiti al LOTTO I.

DOMANDA: Si chiede conferma che per i presidi Spoke di Tarquinia, Civita Castellana e Acquapendente, nei quali sono previsti piccoli interventi di adeguamento a supporto della corretta installazione degli strumenti, non siano necessari i requisiti richiesti all'art. 6.4 del disciplinare.

RISPOSTA: E' necessario possedere i requisiti richiesti per il Lotto I come da art. 6.

DOMANDA: In riferimento alla gara in oggetto, con la presente si chiede se la dichiarazione amministrativa per i lotti 2,3,4,5,6,7,8 punto 2) segnalata come ALL B è da ritenersi invece soddisfatta con la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) e contestuali dichiarazioni di impegno, in quanto tra i vari allegati non vi è indicazione alcuna del documento denominato come ALLEGATO B.

RISPOSTA: Si conferma che la dichiarazione amministrativa per i lotti 2,3,4,5,6,7,8 punto 2) segnalata come ALL B è da ritenersi invece soddisfatta con la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE** (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) e contestuali dichiarazioni di impegno.

DOMANDA: Sul disciplinare di gara vengono indicati 32MB come dimensione massima del file zip da caricare nella busta tecnica. Si chiede di confermare che, come accaduto in gare precedenti fatte sul presente portale, si possono caricare file zip di capienza superiore.

RISPOSTA: Per quanto riguarda il caricamento della documentazione tecnica, avendo impostato, in sede di compilazione della scheda di gara, la spunta alla voce "Libero" si comunica che se la dimensione indicata di 32MB non dovesse essere sufficiente, è possibile organizzare la documentazione in più cartelle, ciascuna da predisporre nel formato specificato (.zip firmato digitalmente e marcato temporalmente) e da caricare in successione nello spazio previsto.

DOMANDA: Poiché la presente procedura è una gara telematica, si chiede di confermare che laddove nel disciplinare e nel capitolato speciale si parla di firme "leggibili e per esteso" e quindi olografe, trattasi di refuso e che sia sufficiente la firma digitale posta sul file pdf.

RISPOSTA: Si conferma che è sufficiente la firma digitale sul file pdf.

DOMANDA: Si chiede di chiarire se il Lotto 6 è ancora in atto oppure verrà annullato per il procedimento Regionale (concluso a Febbraio 2018). Se ancora in atto, si chiede se rimane valida la durata indicata nel disciplinare.

RISPOSTA: Si conferma la richiesta di offerta del LOTTO.

DOMANDA: In riferimento a quanto da voi indicato per la compilazione dell'offerta economica a pag 23/24 del Capitolato Speciale si chiede di confermare che i materiali di consumo devono essere forniti a titolo gratuito mentre i calibratori e i controlli possono essere offerti a pagamento.

RISPOSTA: Si conferma.

Con l'occasione si chiede la produzione nell'ambito dell'Offerta Tecnica di presentare copia scannerizzata dell'offerta economica **SENZA PREZZI**, contenente descrizione e quantità di ogni prodotto offerto, al fine di consentire un'adeguata comparazione tra l'offerta economica presentata e la documentazione tecnica.

Si ribadisce che, **pena esclusione**, l'offerta economica senza prezzi non deve presentare alcun riferimento economico.

DOMANDA: Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5.1 del Disciplinare per il Lotto n. 1, e in particolare laddove si afferma che i soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016 possono essere "indicati od associati dal concorrente del Lotto 1" si chiede di confermare che tali soggetti, costituendi o costituiti, non dovranno necessariamente costituire un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese insieme al concorrente, ma potranno anche essere semplicemente "indicati" da quest'ultimo, senza obbligo di presentare documentazione amministrativa diversa da quella prevista dall'art. 15 n. 8), allorché verrà presentata l'offerta per la partecipazione alla gara

RISPOSTA: Oltre alla documentazione amministrativa prevista dall'art. 15, punto 8) ovviamente anche quella relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, punto 6.4).

Si rende noto, inoltre, che dalla disamina del Capitolato tecnico posto a gara, in merito al Lotto 7, TABELLA 20, si evidenzia un errore di calcolo nel numero esami/anno per emoglobina glicata da rideterminarsi in 30.000/anno per cui si riporta di seguito la tabella 20 corretta:

TABELLA 20

LOTTO 7

EMOGLOBINA GLICATA-HbA1/EMOGLOBINE
PATOLOGICHE
LABORATORIO ANALISI HUB

N° ESAMI/ANNO	ESAMI
1000	EMOGLOBINE PATOLOGICHE
30000	EMOGLOBINA GLICATA

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Simona Di Giovanni

