

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature lavaendoscopi e relativo materiale di consumo, occorrenti alle UU.OO. di Endoscopia Digestiva della ASL di Viterbo

Protocollo gara: Deliberazione 636 16/04/2019

Ente: ASL Viterbo

Data creazione report: 16/05/2019 11:49

### Chiarimento n. 10 : Chiarimenti tecnici nr. 2.

da Ente alle 16/05/2019 11:49

**QUESITO:** Considerando

che il costo del service aumenta con l'aumentare del numero di lavaendoscopi in uso, che con ogni lavaendoscopi si possono processare almeno 3000 endoscopi annui, che per il numero di esami indicati in gara sono sufficienti 6 lavaendoscopi, Chiediamo conferma

1. che è possibile offrire un numero di lavaendoscopi idoneo a garantire il riprocessamento degli endoscopi dichiarati per ogni ospedale anche in presenza di fermo macchina, precisamente n.4 lavaendoscopi per il Presidio Ospedaliero di Viterbo, n.2 per il PO di Tarquinia, n.2 per il PO di Castellana e n.2 per il PO di Acquapendente;

2. che le lavaendoscopi da offrire devono effettuare il monitoraggio individuale dei canali, in tal modo in caso di ostruzione o di distacco di un canale le lavaendoscopi devono segnalare l'allarme e il canale interessato. Tale funzione serve a garantire il corretto riprocessamento dei canali interni ed evitare ai pazienti rischi di infezioni crociate.

3. che la lavaendoscopi devono essere nuove e di ultima generazione,

4. che le lavaendoscopi devono essere conformi alle norme UNI EN 15883-1, UNI EN 15883-4 e TS 15883-5,

5. che le lavaendoscopi devono essere disinfettatrici che utilizzano acido peracetico conforme ai requisiti della UNI EN 14937.

**RISPOSTA:** Punto 1), il nr. delle

lavaendoscopi da offrire è quello richiesto nel Capitolato Speciale.

Punto

2), si confermano le specifiche tecniche richieste nel Capitolato Speciale.

Punto

3), si conferma.

Punto

4), si conferma che le lavaendoscopi devono essere conformi alla normativa UNI EN ISO 15883 per tutti i punti applicabili.

Punto

5), si conferma quanto richiesto dal Capitolato Speciale.

Il R.U.P.

Dr. Giovanni Firmani