

## CHIARIMENTO N. 3

### Procedura

**Registro di Sistema Bando** : PI277094-19

**Ente Appaltante** : ASL VITERBO

**Oggetto** : Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano, in noleggio quinquennale con eventuale riscatto finale a costo zero, di n. 1 mammografo digitale con tomosintesi occorrente all'UOC Diagnostica per Immagini Ospedale Viterbo.

**CIG**:8023858915

---

### Richiedente

**Azienda** : ASL VITERBO

**Utente** : Giovanni Firmani

---

### Richiesta chiarimento

**Registro di Sistema**: PI315967-19 del 22/10/2019 10:26:27

#### Quesito

QUESITO: "Si richiede se è previsto l'adeguamento elettrico anche per l'Ospedale di Tarquinia".

---

### Risposta a Richiesta Chiarimento

**Registro di Sistema**: PI315977-19 del 22/10/2019 10:30:22

#### Risposta Quesito

RISPOSTA: Presso l'Ospedale di Tarquinia è presente già un mammografo, pertanto in linea di massima non dovrebbe servire un adeguamento dell'impianto elettrico. Non conoscendo a priori la macchina offerta, né le sue specifiche tecniche ed elettriche, si chiarisce che comunque eventuali integrazioni dell'impianto elettrico, che poteva essere verificato in sede di sopralluogo, dovranno essere a carico della ditta offerente trattandosi di fornitura chiavi in mano.

IL R.U.P.  
DR. GIOVANNI FIRMANI