

CHIARIMENTO N. 2: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche e per il trattamento dell'addome aperto, complete di ogni accessorio, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio).

1) Facendo riferimento al “Capitolato speciale d’oneri per la fornitura e l’installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni accessorio, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio)” si evidenzia che a pag. 2 Art. 2 nelle caratteristiche tecniche e funzionali minime, il seguente requisito: “Possibilità di monitorare le dimensioni della ferita e la sua evoluzione tramite la memorizzazione e l’elaborazione di immagini”. Per quanto in nostra conoscenza contraddistingue una sola Azienda, chiediamo quindi la modifica di tali caratteristiche tecniche e funzionali minime in modo da poter consentire la partecipazione a più Aziende concorrenti.

RISPOSTA: Come prescritto dal Capitolato Speciale d’Oneri, le specifiche richieste come “possibilità” sono da intendersi come eventuali, pertanto in caso di mancanza il concorrente NON sarà escluso dalla gara.

2) Facendo riferimento al “Capitolato speciale d’oneri per la fornitura e l’installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni accessorio, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio)” si evidenzia che a pag. 2 Art. 2 nelle caratteristiche tecniche e funzionali minime, il seguente requisito: “Possibilità di fornire oltre alla pressione negativa anche l’instillazione della ferita”. Per quanto in nostra conoscenza contraddistingue una sola Azienda, chiediamo quindi la modifica di tali caratteristiche tecniche e funzionali minime in modo da poter consentire la partecipazione a più Aziende concorrenti.

RISPOSTA: Come prescritto dal Capitolato Speciale d’Oneri, le specifiche richieste come “possibilità” sono da intendersi come eventuali, pertanto in caso di mancanza il concorrente NON sarà escluso dalla gara.

3) Facendo riferimento al “Capitolato speciale d’oneri per la fornitura e l’installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni accessorio, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio)” si evidenzia che a pag. 2 Art. 2 nelle caratteristiche tecniche e funzionali minime, il seguente requisito: “Fornitura di antisettico specifico in soluzione acquosa con un valore Ph di 6,0-7,5 Ph destinata all’uso delle apparecchiature ad instillazione”. Per quanto in nostra conoscenza contraddistingue una sola Azienda, chiediamo quindi la modifica di tali caratteristiche tecniche e funzionali minime in modo da poter consentire la partecipazione a più Aziende concorrenti.

RISPOSTA: Come prescritto dal Capitolato Speciale d’Oneri, è possibile proporre prodotti funzionalmente equivalenti dal punto di vista clinico, allegando all’offerta, pena esclusione, una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l’equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici. Detta relazione sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

4) Facendo riferimento al “Capitolato speciale d’oneri per la fornitura e l’installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni accessorio, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio)” si evidenzia che a pag. 2 Art. 2 nelle caratteristiche tecniche e funzionali minime, il seguente requisito: “Disponibilità di diverse tipologie di medicazioni utilizzabili tipo: poliuretano semplice, poliuretano con argento, poliuretano a diverse densità (per favorire la detersione della ferita, lo sbrigliamento delle zone necrotiche e infette, sia con irrigazione che senza), Polivinilalcol, medicazione in poliuretano con una sola base in argento per il trattamento delle ferite chirurgiche. Le medicazioni dovranno avere, preferibilmente, un colore diverso a seconda della tipologia di ferita trattata per permettere all’operatore di individuare rapidamente e con sicurezza il tipo di trattamento. Per quanto in nostra conoscenza contraddistingue una sola Azienda, chiediamo quindi la modifica di tali caratteristiche tecniche e funzionali minime in modo da poter consentire la partecipazione a più Aziende concorrenti.

RISPOSTA: Come prescritto dal Capitolato Speciale d'Oneri, è possibile proporre prodotti funzionalmente equivalenti dal punto di vista clinico, allegando all'offerta, pena esclusione, una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici. Detta relazione sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

5) Facendo riferimento al “Capitolato speciale d’oneri per la fornitura e l’installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni accessorio, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio)” si evidenzia che a pag. 2 Art. 2 nelle caratteristiche tecniche e funzionali minime, il seguente requisito: “Medicazioni idonee al trattamento di lesioni con sedi ed estensioni diverse, di varie dimensioni e, quindi, compatibili sia con il trattamento delle lesioni piccole, come quelle del piede e della mano, sia vaste, comprese quelle per la medicazione dell’addome aperto. Queste ultime dovranno necessariamente essere composte da diversi strati: strato protettivo viscerale che minimizzi lo spostamento della medicazione nell’addome e ne faciliti la centratura; almeno 2 schiume di poliuretano da posizionare sullo strato protettivo viscerale, pretagliate e preferibilmente di un colore idoneo al riconoscimento del trattamento effettuato; almeno 5 film di poliuretano semi oclusivo adesivo; set di tubi con interfaccia pad che abbiano la possibilità di essere collegati con l’unità terapeutica che possa fare anche l’instillazione della lesione addominale.” Per quanto in nostra conoscenza contraddistingue una sola Azienda, chiediamo quindi la modifica di tali caratteristiche tecniche e funzionali minime in modo da poter consentire la partecipazione a più Aziende concorrenti.

RISPOSTA: Come prescritto dal Capitolato Speciale d'Oneri, è possibile proporre prodotti funzionalmente equivalenti dal punto di vista clinico, allegando all'offerta, pena esclusione, una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici. Detta relazione sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

6) Facendo riferimento al “Capitolato speciale d’oneri per la fornitura e l’installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni accessorio, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio)” chiediamo la suddivisione in più lotti di gara in modo da poter consentire la partecipazione a più Aziende concorrenti.

RISPOSTA: Si conferma la non suddivisione in lotti al fine di assicurare la continuità terapeutica ai pazienti dall'ospedale al territorio, con un unico Operatore Economico.

7) Facendo riferimento al “Capitolato speciale d’oneri per la fornitura e l’installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni accessorio, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio)” a pagina 1 Art 1 si richiede “per ogni servizio ADI territoriale, sedi di Montefiascone, Tarquinia, Viterbo, Vetralla, Civita Castellana, tutte le apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche e dell’addome aperto, complete di ogni dispositivo accessorio e di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, che saranno richieste da questa ASL stimando circa 600 giorni di trattamento/anno.” Chiediamo se il “trattamento di ferite dell’addome aperto” rappresenta un refuso in quanto sono procedure che richiedono un intervento in sala operatoria e non sono praticabili a domicilio.

RISPOSTA: Trattasi di refuso.

8) Facendo riferimento al “Capitolato speciale d’oneri per la fornitura e l’installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni accessorio, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio)” per entrambi i punti del capitolato qui sotto, menzionati a pagina 1 Art. 1: - n°6 apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche e per il trattamento dell’addome aperto, complete di ogni dispositivo accessorio e di ogni materiale di consumo necessario al loro

corretto e regolare funzionamento, per l'Ospedale Belcolle; - n°2 apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche e per il trattamento dell'addome aperto, complete di ogni dispositivo accessorio e di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, per l'Ospedale di Civita Castellana. Chiediamo di indicare una stima del numero di giorni di trattamento/anno.

RISPOSTA: Al fine di consentire la formulazione di una offerta maggiormente confacente si fornisce elenco generico del materiale consumato su base annua:

- *Medicazioni addome aperto qtà circa 70*
- *Contenitori fluidi varie dimensioni atà circa 500*
- *Medicazioni terapia base qtà circa 210*
- *Medicazioni terapia tipo vera flo qtà circa 80*
- *Medicazioni per prevenzione deiscenze atà circa 40*
- *Accessori (tipo: drupe, cassetta vera link, vac gel, connessioni a y, trac duo) qtà circa 170*
- *Tipo Fistula qtà circa 15*
- *Tipo Granudacyn qtà circa 24*

9) Facendo riferimento al "Capitolato speciale d'oneri per la fornitura e l'installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle ferite acute e croniche e per il trattamento dell'addome aperto, complete di ogni accessorio, occorrenti alla ASL di Viterbo (Ospedale e Territorio)" per il punto del capitolato qui sotto, menzionato a pagina 1 Art. 1: - per ogni servizio ADI territoriale, sedi di Montefiascone, Tarquinia, Viterbo, Vetralla, Civita Castellana, tutte le apparecchiature a pressione negativa per il trattamento di ferite acute e croniche e dell'addome aperto, complete di ogni dispositivo accessorio e di ogni materiale di consumo necessario al loro corretto e regolare funzionamento, che saranno richieste da questa ASL stimando circa 600 giorni di trattamento/anno." Chiediamo di indicare il numero di apparecchiature necessarie.

RISPOSTA: Il numero di apparecchiature consegnate per i trattamenti domiciliari nell'anno 2019 è stato pari a 19 macchine.

Dr.ssa Tania Morano
II R.U.P.


Viterbo, li 20/03/2020