

CHIARIMENTO N. 1: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano, in service per la durata di tre anni, di colonne artroscopiche e del relativo materiale di consumo occorrenti alle necessità della Asl Viterbo	
Quesito	Risposta
<p>Spettabile Ente, In relazione alla procedura indicata in oggetto, con la presente si desidera sottoporre alla Vs. spettabile attenzione ulteriori criticità, in aggiunta a quelle già precedentemente espresse, emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimenti. 1) In particolare, posto che la procedura ha per oggetto la fornitura "chiavi in mano" in regime di full service di n. 3 Colonne artroscopiche ricondizionate, con riferimento alla tabella di offerta economica, si fa presente che vengono inseriti nello stesso elenco anche materiali NON di consumo della colonna ma vero e proprio impiantabile come ad es. ancore, viti, cambre e fissazione meniscale. Ebbene, considerando che trattasi di fornitura a lotto intero indivisibile, si vuole far presente che, per quanto a propria conoscenza, ben poche aziende sarebbero in grado di offrire tutto il materiale richiesto, fra l'altro così eterogeneo. 2) Inoltre, non si riscontra in gara alcuna richiesta di materiale monouso associato al trapano, di cui si indicano specifiche assai stringenti, dal momento che le lame descritte al punto progr. n. 1 del paragrafo C "CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEL MATERIALE DI CONSUMO" di cui al Capitolato Speciale, sembrano risultare afferenti al sistema Shaver artroscopico piuttosto che al manipolo motorizzato. Si chiede di voler confermare questa lettura. Premesso quanto sopra, si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di voler considerare i rilievi evidenziati e di voler fornire le richieste precisazioni, al fine di garantire la massima partecipazione a tutti gli operatori economici e la corretta formulazione dell'offerta economica Si ringrazia della cortese attenzione e si rimane in attesa di Vs gentile riscontro.</p>	<p>1) Si conferma quanto stabilito negli atti di gara, ritenendo esaustive le informazioni ed indicazioni ivi presenti. 2) Si conferma quanto stabilito negli atti di gara, ritenendo esaustive le informazioni ed indicazioni ivi presenti.</p>
<p>Spettabile RUP con la presente desideriamo sapere se le colonne artroscopiche da proporre possono essere ricondizionate (come previsto a pag. 4 del disciplinare nelle cap. 1 PREMESSE) o se debbano essere nuove di fabbrica (come indicato a pag. 26 del disciplinare cap. 18 DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA TECNICA punto 1). Nel restare in attesa di cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i ns. distinti saluti</p>	<p>Si conferma che, come sancito dal Capitolato Speciale d'Oneri, sono richiesti sistemi per artroscopia ricondizionati con anno di prima messa in uso non antecedente al 2016, perfettamente funzionanti. Nell'ambito della dichiarazione richiesta nel Disciplinare di Gara, di cui al punto 1) lettera a) dell'Offerta Tecnica, dovrà essere indicato l'anno di prima messa in uso delle apparecchiature proposte</p>

IL R.U.P.
 DR. ASSISTENTE SOCIALE


CHIARIMENTO N. 1: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano, in service per la durata di tre anni, di colonne artroscopiche e del relativo materiale di consumo occorrenti alle necessità della Asl Viterbo	
Quesito	Risposta
<p>Spettabile Ente, In relazione alla procedura indicata in oggetto, con la presente si desidera sottoporre alla Vs. spettabile attenzione alcune criticità, emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimenti. 1) In particolare, con riferimento al punto 1 ed al punto 2 della tabella riportata a pagina 5 del Capitolato Speciale relativamente alle "CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEL MATERIALE DI CONSUMO", si chiede di voler dettagliare meglio la tipologia dei consumabili richiesti, definendo altresì le effettive necessità delle varie strutture operative. 2) Con riferimento invece alla richiesta di un "Sistema motorizzato: centralina di controllo multifunzionale, trapani per micro chirurgia e chirurgia artroscopica" e nello specifico del "manipolo motorizzato per microchirurgia composto da consolle e cavo", si chiede di voler confermare che, in virtù del principio di equivalenza sancito dall'art. 68 del Codice degli Appalti, sia possibile offrire, in luogo della centralina, un motore a batteria avente identica funzionalità e utilizzo nella chirurgia ortopedica. Premesso quanto sopra, si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di voler considerare i rilievi evidenziati e di voler fornire le richieste precisazioni, al fine di garantire la massima partecipazione a tutti gli operatori che, pur avendo a disposizione un motore a batteria, sarebbero comunque in grado di fornire un sistema motorizzato e così garantire quindi la massima concorrenzialità della procedura in oggetto. Si ringrazia della cortese attenzione e si rimane in attesa di Vs gentile riscontro.</p>	<p>1) In riferimento al punto 1 e 2 della tabella 5 si conferma quanto stabilito negli atti di gara, ritenendo esaustive le informazioni ed indicazioni ivi presenti; 2) E' possibile offrire un sistema motorizzato a batteria (dotato ovviamente di tutte le batterie ed accessori necessari per tutta la durata del service) purché siano rispettate tutte le specifiche tecniche richieste in termini di impostazione di velocità, senso di rotazione, programmazione dell'intero sistema, etc. Inoltre l'offerta dovrà essere corredata, pena l'esclusione, di una relazione tecnica che, evidenziando le eventuali non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.</p>

10/03/2020

U.R.O.P.
DR. SSA TANIA MORANO

