## **CHIARIMENTI N. 2 DEL 18/06/2020**

lOggetto	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 tomografo PET/CT, lavori di installazione e siting inclusi, da destinare all'UOSD Medicina Nucleare P.O. di Viterbo.
----------	---

Prog. QUESITO	Quesito	Risposta
1	Da un'analisi approfondita dei documenti di gara e degli elaborati di progetto (tavole grafiche e relazioni) sono emerse alcune discordanze in merito alla fornitura o meno di n. 2 passapreparati (in somministrazione e locale controllo qualità). Non trovando evidenza di tali voci sia nel computo metrico estimativo di gara, sia tra gli accessori/terzi a corredo dell'apparecchiatura, si chiede di specificare se tale fornitura sarà a cura dell'Azienda ospedaliera.	A carico dell'Aggiudicatario è la predisposizione dei vani per il montaggio dei passapreparati, mentre l'acquisizione e posa in opera dei passapreparati è a carico della Stazione Appaltante. Il R.U.P. Ing. Carlotta Piacentini