

Dati generali della procedura

|  |   |
|--|---|
| <b>Numero RDO:</b>   | 2753210   |
| <b>Descrizione RDO:</b>  | Copia di Attrezzature sanitarie varie occorrenti ai servizi territoriali di riabilitazione della ASL Viterbo  |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>   | Prezzo piu' basso   |
| <b>Numero di Lotti:</b>  | 1   |
| <b>Formulazione dell'offerta economica:</b>                                  | Valore economico (Euro)   |
| <b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>                         | Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale) |
| <b>Amministrazione titolare del procedimento</b>                             | ASL VITERBO<br>01455570562<br>Via E. Fermi, 15 VITERBO VT   |
| <b>Punto Ordinante</b>   | SIMONA DI GIOVANNI  |
| <b>Soggetto stipulante</b>   | Nome: SIMONA DI GIOVANNI<br>Amministrazione: ASL VITERBO  |
| <b>Codice univoco ufficio - IPA</b>  | UF9IAK  |
| <b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>                             | DR.SSA TANIA MORANO   |
| <b>Inizio presentazione offerte:</b>   | 25/02/2021 11:02  |
| <b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>                                 | 04/03/2021 18:00  |
| <b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>                               | 25/02/2021 19:00  |
| <b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b> | 31/08/2021 12:00  |
| <b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>        | 20  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Misura delle eventuali penali:</b>       | Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegata al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione |
| <b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b> | BENI/Forniture specifiche per la Sanità  |
| <b>Numero fornitori invitati:</b>           | Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)                      |

Lotto 1 - Dettagli

|  |   |
|--|---|
| <b>Denominazione lotto</b>                                   | Attrezzature sanitarie varie  |
| <b>CIG</b>   | 8623976A1F  |
| <b>CUP</b>   |   |
| <b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>            |   |
| <b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>             | Non specificati   |
| <b>Dati di consegna</b>                                      | Come da atti di gara  |
| <b>Dati di fatturazione</b>                                  | Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UF9IAK . Aliquote: secondo la normativa vigente |
| <b>Termini di pagamento</b>                                  | 30 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi                                      |
| <b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b> | 103770,50000000   |

Lotto 1 - Schede tecniche

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Nome Scheda Tecnica</b> | Apparecchio Elettroterapia |
| <b>Quantita'</b>           | 14                         |

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

| <b>Nr.</b> | <b>Caratteristica</b>                                      | <b>Tipologia</b> | <b>Regola di Ammissione</b> | <b>Valori</b> |
|------------|--|------------------|-----------------------------|---------------|
| 1          | * Nome commerciale dell'apparecchiatura per elettroterapia | Tecnico          | Nessuna regola              |               |

|    |   |           |                      |          |
|----|---|-----------|----------------------|----------|
| 2  | * Unità di misura   | Tecnico   | Valore unico ammesso | Pezzo    |
| 3  | * Tipo contratto  | Tecnico   | Valore unico ammesso | Acquisto |
| 4  | Marca   | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 5  | Codice articolo produttore                                | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 6  | Descrizione tecnica                                       | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 7  | * Codice CND  | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 8  | * Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 9  | * Tipo apparecchiatura                                    | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 10 | * Correnti erogate  | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 11 | * Correnti galvaniche                                     | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 12 | * Correnti diadamiche                                     | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 13 | * Correnti faradiche                                      | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 14 | Tens  | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 15 | * Correnti bifasiche                                      | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 16 | * Correnti interferenziali                                | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 17 | * Uscite  | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 18 | * Corrente massima in uscita [mA]                         | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 19 | * Tensione massima in uscita [V]                          | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 20 | * Trasferimento dati                                      | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 21 | * Tastiera  | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 22 | * Alimentazione   | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 23 | * Interfaccia con PC                                      | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 24 | * Accessori in dotazione                                  | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 25 | * Prezzo  | Economico | Nessuna regola       |          |

Lotto 1 - Schede tecniche

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome Scheda Tecnica</b> | Apparecchio ultrasuoniterapia |
| <b>Quantita'</b>           | 5                             |

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

| <b>Nr.</b> | <b>Caratteristica</b>   | <b>Tipologia</b> | <b>Regola di Ammissione</b> | <b>Valori</b> |
|------------|---|------------------|-----------------------------|---------------|
| 1          | * Nome commerciale dell'apparecchiatura per elettro-ultrasuoniterapia | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 2          | * Unità di misura   | Tecnico          | Valore unico ammesso        | Pezzo         |
| 3          | * Tipo contratto  | Tecnico          | Valore unico ammesso        | Acquisto      |
| 4          | Marca   | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 5          | Codice articolo produttore  | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 6          | Descrizione tecnica   | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 7          | * Codice CND  | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 8          | * Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione             | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 9          | * Tipo apparecchiatura  | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 10         | * Correnti erogate  | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 11         | * Correnti galvaniche   | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 12         | * Correnti diadinamiche   | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 13         | * Correnti faradiche  | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 14         | Tens  | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 15         | * Correnti bifasiche  | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 16         | * Correnti interferenziali  | Tecnico          | Nessuna regola              |               |
| 17         | * Uscite  | Tecnico          | Nessuna                     |               |

|    |                                       |           |                |  |
|----|---------------------------------------|-----------|----------------|--|
|    |                                       |           | regola         |  |
| 18 | * Corrente massima in uscita [mA]     | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 19 | * Tensione massima in uscita [V]      | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 20 | * Modalità di erogazione ultrasuoni   | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 21 | * Frequenze acustiche di lavoro [MHz] | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 22 | * Diametro testine [mm]               | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 23 | * Impermeabilità testine              | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 24 | * Trasferimento dati                  | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 25 | * Tastiera                            | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 26 | * Alimentazione                       | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 27 | * Interfaccia con PC                  | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 28 | * Accessori in dotazione              | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 29 | * Prezzo                              | Economico | Nessuna regola |  |

Lotto 1 - Schede tecniche

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Nome Scheda Tecnica</b> | Apparecchio tecarterapia |
| <b>Quantita'</b>           | 2                        |

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica  | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori   |
|-----|---|-----------|----------------------|----------|
| 1   | * Nome commerciale dell'apparecchiatura per diatermia | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 2   | * Unità di misura                                     | Tecnico   | Valore unico ammesso | Pezzo    |
| 3   | * Tipo contratto                                      | Tecnico   | Valore unico ammesso | Acquisto |
| 4   | Marca   | Tecnico   | Nessuna regola       |          |

|    |   |           |                |  |
|----|---|-----------|----------------|--|
| 5  | Codice articolo produttore                                | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 6  | Descrizione tecnica                                       | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 7  | * Codice CND  | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 8  | Classe  | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 9  | * Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 10 | * Tipo apparecchiatura                                    | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 11 | * Tensione massima sezione resistiva [V rms]              | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 12 | * Tensione massima sezione capacitiva [V rms]             | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 13 | * Corrente massima sezione induttiva [A rms]              | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 14 | * Potenza uscita massima [W]                              | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 15 | * Frequenza [KHz]   | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 16 | * Uscite  | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 17 | * Trasferimento dati                                      | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 18 | * Tastiera  | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 19 | * Alimentazione   | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 20 | * Interfaccia con PC                                      | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 21 | * Accessori in dotazione                                  | Tecnico   | Nessuna regola |  |
| 22 | * Prezzo  | Economico | Nessuna regola |  |

Lotto 1 - Schede tecniche

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Nome Scheda Tecnica</b> | Apparecchio Laserterapia |
| <b>Quantita'</b>           | 5                        |

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica  | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori   |
|-----|---|-----------|----------------------|----------|
| 1   | * Nome commerciale dell'apparecchiatura per laserterapia  | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 2   | * Unità di misura   | Tecnico   | Valore unico ammesso | Pezzo    |
| 3   | * Tipo contratto  | Tecnico   | Valore unico ammesso | Acquisto |
| 4   | Marca   | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 5   | Codice articolo produttore                                | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 6   | Descrizione tecnica                                       | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 7   | * Codice CND  | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 8   | * Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 9   | * Tipo apparecchiatura                                    | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 10  | * Potenza massima sorgente [mW]                           | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 11  | * Uscite  | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 12  | * Lunghezze d'onda  | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 13  | * Lunghezza d'onda massima [nm]                           | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 14  | * Modalità di emissione                                   | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 15  | * Dotazione manipoli                                      | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 16  | * Trasferimento dati                                      | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 17  | * Tastiera  | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 18  | * Alimentazione   | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 19  | * Interfaccia con PC                                      | Tecnico   | Nessuna regola       |          |
| 20  | * Prezzo  | Economico | Nessuna regola       |          |

Documentazione Allegata alla RdO

| Descrizione                                       | Riferimento | Documento   | Link Esterno |
|---|-------------|---|--------------|
| CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO               | Gara        | <a href="#">Condizioni Contratto Rdo Mepa Riabilitazione Por Fesr Bassa.pdf.p7m (678KB)</a> |              |
| PATTO DI INTEGRITA'                               | Gara        | <a href="#">Patto Di Integrita.doc.p7m (37KB)</a>   |              |
| Specifiche tecniche apparecchio elettroterapia    | Gara        | <a href="#">St23 Apparecchio Elettroterapia.pdf.p7m (189KB)</a>                             |              |
| Specifiche tecniche apparecchio laserterapia      | Gara        | <a href="#">St24 Apparecchio Laserterapia.pdf.p7m (188KB)</a>                               |              |
| Specifiche tecniche apparecchio tecarterapia      | Gara        | <a href="#">St27 Apparecchio Tecarterapia.pdf.p7m (187KB)</a>                               |              |
| Specifiche tecniche apparecchio ultrasuoniterapia | Gara        | <a href="#">St26 Apparecchio Ultrasuoniterapia.pdf.p7m (144KB)</a>                          |              |

Richieste ai partecipanti

| Descrizione   | Lotto                        | Tipo Richiesta | Modalita' risposta                  | Obbligatorio                        | Documento unico per operatori riuniti |
|---|------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA COME DA CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO | Attrezzature sanitarie varie | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio, ammessi più documenti | Si                                    |
| DOCUMENTAZIONE ECONOMICA COME DA CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO                | Attrezzature sanitarie varie | Economica      | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio, ammessi più documenti | Si                                    |
| Offerta Economica (fac-simile di sistema)   | Attrezzature sanitarie varie | Economica      | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio                        | Si                                    |

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.