

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA E-PROCUREMENT

CHIARIMENTI GARA

QUESITO

La presente in riferimento al Quesito n.8 dei Chiarimenti pubblicati in data 28.07.2021 e nello specifico alla previsione per cui "i costi di integrazione con il sistema Mak system sono da intendersi a totale carico della ditta offerente e non a carico della Stazione Appaltante".

Risposta: Al fine di equiparare tutte le offerte economiche che verranno presentate, per tutti i lotti di gara, le ditte partecipanti dovranno inserire in piattaforma S.TEL.LA l'importo totale dell'offerta triennale, per lotto di riferimento, con esclusione del costo per interfacciamento.
La base d'asta indicata nel Disciplinare di gara, infatti, non tiene conto dei costi d'interfacciamento. Il suddetto costo d'interfacciamento dovrà essere comunque indicato nella Tabella 3 – Strumentazione, **ma non concorrerà a determinare il Costo Totale**.
La Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità del costo dell'interfacciamento.

QUESITO

Lotto 2 - Capitolato Speciale di Gara - Criteri di valutazione dell'offerta: Si chiede di confermare che il punto II "Tempo di esecuzione TCI" sia da intendersi come numero di test eseguiti in 1 ora

Risposta: Si conferma come numero di test eseguiti in un'ora.

QUESITO

In riferimento al Lotto 3 (Capitolato Speciale) alla voce "Quantità annua presunta" alla voce:

- Lettori portatili - 38: si intende che dobbiamo consegnare nr. 38 lettori nell'arco dell'intera fornitura?
- Sistema trasferimento dati - 38: cosa si intende per sistema trasferimento dati ? dettagliare meglio

Risposta: Si conferma la consegna di 38 portatili per l'intera fornitura triennale.
Ogni portatile deve essere in grado di trasferire i dati in maniera autonoma al server, così da garantire un'emovigilanza in tempo reale

QUESITO

Nei criteri di Valutazione dell'offerta tecnica lotto 3 alla voce 7 definire meglio cosa si intende per controllo qualità prestazionale e verifica di sicurezza elettrica.

Risposta: Sarà cura delle Aziende partecipanti presentare le dichiarazioni di conformità degli strumenti offerti

QUESITO

In riferimento al lotto n. 3 e nello specifico alla necessità di fornire un Computer server completo di monitor e stampante laser, si chiede a Codesta Amministrazione di specificare se il server sarà installato/montato nel rack (in sala ced in Ospedale) oppure a terra.

Risposta: non ci sono vincoli particolari, sarà cura delle Aziende partecipanti proporre una soluzione idonea all'erogazione dei servizi richiesti.