

**ASL
VITERBO**U.O.C. E. PROCUREMENT
SETTORE SISTEMI DIAGNOSTICI E PRODOTTI
TEL.: 0761 237847-849
FAX : 0761 237846
E-MAIL: patrizia.paoletti@asl.vt.it

PROT. N. 777H8

VITERBO, 20 OTT. 2022

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**OGGETTO:** Manifestazione d'interesse per fornitura in service di Sistema per l'esecuzione del test combinato per la determinazione FB-HCG e PAPP-A per indagine prenatale di Laboratorio.

Con la presente questa ASL deve procedere con affidamento, tramite Piattaforma STELLA, di quanto in oggetto indicato, le ditte interessate possono manifestare la propria partecipazione alla procedura inviato entro 15 gg alle seguenti e-mail:

- prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
- patrizia.paoletti@asl.vt.it

SPECIFICHE DEI TEST

TEST	N. TEST/ANNO
FB-HCG	450
PAPP-A	450

REQUISITI MINIMI PER IL SISTEMA ANALITICO

1. Strumentazione completamente automatica, da banco, di semplice gestione, che garantisca l'accesso random.
2. Diluizione automatica del campione.
3. Produttività di almeno 60 campioni/ora
4. Riconoscimento positivo di campioni, reattivi e consumabili.
5. Compatibilità con il sw OSCAR (esecuzione del test completo di esame ecografico in un' unica giornata).
6. Strumento e reattivi certificati F.M.F. .
7. Contratto Full-Risk.
8. Conformità Direttiva CEE 98/79/CE.
9. Partecipazione a VEQ.



REQUISITI MINIMI PER I REAGENTI

1. Elevata accuratezza e linearità delle misure.
2. Elevata stabilità delle calibrazioni.
3. Tempi di incubazione brevi.
4. Disponibilità di Controlli interni a due o tre livelli per un programma di controllo a frequenza settimanale (+ 10% per evenienze di re-run)

Distinti saluti.

Il Dirigente dell' U.O.C. E-Procurement
Dott.ssa Tania Morano

P/P
20/10/2022