

**PARAMETRI VALUTATIVI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI AFFERENTI ALLA
CND lettera “C”**

L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi nel seguente modo:

QUALITA' punteggio massimo attribuibile 70/100

PREZZO punteggio massimo attribuibile 30/100

Ai fini della valutazione sono necessarie schede tecniche e campionatura prodotti offerti ove richiesta dalla Commissione giudicatrice in fase di valutazione delle offerte.

Di seguito, si indicano i **criteri per la valutazione dell'offerta tecnica diversi per lotti**:

LOTTI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

LOTTO 1

Criterio	Punteggio max
Maneggevolezza nell'introduzione e sicurezza di stabilità in sede (prova pratica)	30
Qualità e biocompatibilità dei materiali	30
Completezza del Kit	10

LOTTO 2

Criterio	Punteggio max
Qualità e biocompatibilità dei materiali	30
Completezza del Kit	10
Maneggevolezza e praticità di impiego (prova pratica)	15
Visualizzazione dell'ago sotto guida ecografica (prova pratica)	15

LOTTO 3

Criterio	Punteggio max
Facilità di inserimento	20
Praticità di impiego del sistema di sicurezza	15
Qualità dei materiali	20
Completezza e chiarezza della scheda tecnica e delle informazioni sull'uso	15

LOTTO 4 e 5

Criteria	Punteggio max
Maneggevolezza e praticità di impiego	10
Ergonomia del sistema di prelievo e di lavaggio: il sistema di aspirazione deve essere di volume adeguato ad evitare la contaminazione del campione di sangue prelevato	20
Linee prive di memoria – antischiacciamento	10
Qualità dei raccordi: facilità e tenuta di connessione con le linee	20
Completezza e chiarezza della scheda tecnica e delle informazioni sull'uso	10

LOTTO 6 e 7

Criteria	Punteggio max
Qualità segnale elettrocardiografico (conduttività)	20
Adesività del dispositivo medico	20
Anallergenicità	20
Completezza e chiarezza della scheda tecnica e delle informazioni sull'uso	10